

**MEMORANDO SEI Nº 0024783421/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 11 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/ Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer
11	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM	UNID	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	TEXPHARMA	Conforme Análise SEI nº 0024772506, o edital exige peso mínimo 21,60 gr por undiade e a amostra apresenta 14 gr por unidade. Amostra reprovada por não atender ao descritivo exigido em edital.
12	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM	UNID	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	TEXPHARMA	Conforme Análise SEI nº 0024772590, o edital exige peso mínimo 21,60 gr por undiade e a amostra apresenta 14 gr por unidade. Amostra reprovada por não atender ao descritivo exigido em edital.
13	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO	UNID	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	TEXPHARMA	Conforme Análise SEI nº 0024772620, o edital exige peso mínimo 32,50 gr por undiade e a amostra apresenta 24 gr por

	15 CM		HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT		unidade. Amostra reprovada por não atender ao descritivo exigido em edital.
14	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM	UNID	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	TEXPHARMA	Conforme Análise SEI nº 0024772722, o edital exige peso mínimo 32,50 gr por undiade e a amostra apresenta 24 gr por unidade. Amostra reprovada por não atender ao descritivo exigido em edital.
16	916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM	UNID	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	TEXPHARMA	Conforme Análise SEI nº 0024783403, o edital exige peso mínimo 42 gr por undiade e a amostra apresenta 27 gr por unidade. Amostra reprovada por não atender ao descritivo exigido em edital.
19	909675 - ATADURA GESSADA 10 CM X 3M	Unidade	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	polar fix	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024772334.
46	912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES	PCT	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ERIMAX	Conforme análise SEI nº 0024773355, o edital exige pacote com 2 unidades e a amostra apresenta pacote com 1 unidade. Amostra reprovada por não atender ao descritivo exigido em edital.
50	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO	UNID	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Marca Própria / Fabricação Própria	Conforme Análise SEI nº 0024763509, o edital exige peso apromado de 1.650 gr/rolo e a amostra apresenta 700 gr/rolo. Amostra reprovada por não atender ao descritivo exigido em edital.
51	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO	UNID	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Marca Própria / Fabricação Própria	Conforme Análise SEI nº 0024763509, o edital exige peso apromado de 1.650 gr/rolo e a amostra apresenta 700 gr/rolo. Amostra reprovada por não atender ao descritivo exigido em edital.
53	912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES	PCT	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMED \ COMPRESSA DE GAZE 13F EST 10X10 20X40CM	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024773650.
58	916946 - COMPRESSA GAZE	PCT	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	Marca Própria / Fabricação Própria OFERECEMOS:	Conforme Análise SEI nº 0024763753, o editla exige tamanho 7,5 X 7,5 cm e a amostra apresenta

	TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	GAZE NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES. - MARCA: JASMIN - FABRICANTE: DESCTÊXTIL - PROCEDÊNCIA NACIONAL	tamanho 6,5 X 6,5 cm. Amostra reprovada por não atender ao descritivo exigido em edital.
--	--------------------------------------	--	-----------------------------	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/03/2025, às 14:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024783421** e o código CRC **A146562E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024783421v4

**ANÁLISE SEI Nº 0024763509/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 10 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025****ITEM 50/51- 916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M**

DESCRIÇÃO	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M², 100 ALGODÃO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	DESCTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
MARCA	Marca Própria / Fabricação Própria
REGISTRO ANVISA	82322130005
LOTE	240527
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	02 ROLOS

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica

EDITAL EXIGE PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO.

AMOSTRA APRESENTA 700GR/ROLO.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO EXIGIDO EM EDITAL.**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/03/2025, às 16:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024763509** e o código CRC **9F462FFE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024763509v6

**ANÁLISE SEI Nº 0024763753/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 10 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025****ITEM 58- 916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NÃO ESTÉRIL**

DESCRIÇÃO	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
MARCA	Marca Própria / Fabricação Própria
REGISTRO ANVISA	82322130002
LOTE	250426

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	02 PACOTES
--	-------------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica

EDITAL EXIGE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM.

AMOSTRA APRESENTA TAMANHO 6,5 X 6,5 CM

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO EXIGIDO EM EDITAL.**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/03/2025, às 16:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024763753** e o código CRC **6171EFAF**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024763753v4



ANÁLISE SEI Nº 0024772334/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 19 - 909675 - ATADURA GESSADA 10 CM X 3M

DESCRIÇÃO	909675 - ATADURA GESSADA 10 CM X 3M ATADURA GESSADA MEDINDO 10 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE.
FORNECEDOR	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
MARCA	Polar fix
REGISTRO ANVISA	8003400025
LOTE	032024
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 11/03/2025, às 06:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024772334** e o código CRC **68730C8E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024772334v3



ANÁLISE SEI Nº 0024772506/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 11 - 916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM²

DESCRIÇÃO	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT
MARCA	TEXPHARMA
REGISTRO ANVISA	80339640003
LOTE	199

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 unidades
--	-------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica

EDITAL EXIGE PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE

AMOSTRA APRESENTA 14 GR POR UNIDADE.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO:** AMOSTRA REPROVADA POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO EXIGIDO EM EDITAL.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 11/03/2025, às 08:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024772506** e o código CRC **986C83B5**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024772506v5

**ANÁLISE SEI Nº 0024772590/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 11 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 12 - 916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM²

DESCRIÇÃO	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM ² , FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT
MARCA	TEXPHARMA
REGISTRO ANVISA	80339640003
LOTE	199

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 unidades
--	-------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica

EDITAL EXIGE PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE

AMOSTRA APRESENTA 14 GR POR UNIDADE.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO:** AMOSTRA REPROVADA POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO EXIGIDO EM EDITAL.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 11/03/2025, às 08:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024772590** e o código CRC **54C964E1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024772590v3

**ANÁLISE SEI Nº 0024772620/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 11 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 13 - 916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM²

DESCRIÇÃO	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM ² , FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT
MARCA	TEXPHARMA
REGISTRO ANVISA	80339640003
LOTE	200

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES
--	-------------

AValiação Técnica**Embalagem**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**Atendimento ao Descritivo**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica

EDITAL EXIGE PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE

AMOSTRA APRESENTA 24 GR POR UNIDADE.

Funcionalidade/ Utilização Prática

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO:** AMOSTRA REPROVADA POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO EXIGIDO EM EDITAL.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 11/03/2025, às 08:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024772620** e o código CRC **B7DA53FA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024772620v3

**ANÁLISE SEI Nº 0024772722/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 11 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 14 - 916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM²

DESCRIÇÃO	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM ² , FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT
MARCA	TEXPHARMA
REGISTRO ANVISA	80339640003
LOTE	200

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES
--	-------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica

EDITAL EXIGE PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE

AMOSTRA APRESENTA 24 GR POR UNIDADE.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO:** AMOSTRA REPROVADA POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO EXIGIDO EM EDITAL.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 11/03/2025, às 08:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024772722** e o código CRC **10CBD7FE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024772722v3

**ANÁLISE SEI Nº 0024773355/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 11 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM 46 - 912974 - COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL PACOTE COM 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLA SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPAO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIA GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767. - Cota Principal
FORNECEDOR	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MARCA	ERIMAX
REGISTRO ANVISA	80698139005
LOTE	3536-0124

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES
--	-------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica

EDITAL EXIGE PACOTE COM 2 UNIDADES.

AMOSTRA APRESENTA PACOTE COM 01 UNIDADE.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO:** AMOSTRA REPROVADA POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO EXIGIDO EM EDITAL.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 11/03/2025, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024773355** e o código CRC **5A79D81C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024773355v7

**ANÁLISE SEI Nº 0024773650/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 11 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 53 - 912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT.
C/10 UNIDADES

DESCRIÇÃO	912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS,ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO.EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. - Cota Principal
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
MARCA	AMED
REGISTRO ANVISA	81481900001
LOTE	C36-1
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 pacotes

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 11/03/2025, às 08:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024773650** e o código CRC **14F280E2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024773650v3

**ANÁLISE SEI Nº 0024783403/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 11 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 16 - 916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM²

DESCRIÇÃO	916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM ² , FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOSUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 42 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT
MARCA	TEXPHARMA
REGISTRO ANVISA	80339640003
LOTE	200
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica

EDITAL EXIGE PESO MINIMO 42 GR POR UNIDADE

AMOSTRA APRESENTA 27 GR POR UNIDADE.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO:** AMOSTRA REPROVADA POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO EXIGIDO EM EDITAL.

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/03/2025, às 14:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024783403** e o código CRC **A1755B02**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024783403v3