



## Prefeitura de Joinville

### ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 23 dias de agosto de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Ana Luiza Baumer e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 112/2022**, documento SEI nº 0013359372, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), conforme documento anexo SEI nº 0014018892, do **Pregão Eletrônico nº 534/2021**, destinado à **Aquisição de equipamento Raio-X Digital Móvel com Arco em C para o Hospital Municipal São José**.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 23/08/2022, às 16:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 23/08/2022, às 16:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 23/08/2022, às 16:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 23/08/2022, às 16:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014018906** e o código CRC **0BC7A5F2**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.261691-0

0014018906v1

0014018906v1

## Pregão Eletrônico

453230.5342021 .8857 .4427 .227441024



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00534/2021

Às 08:30 horas do dia 22 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 21.0.261691-0, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00534/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento Raio-X Digital Móvel com Arco em C para o Hospital Municipal São José.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Item: 1

**Descrição:** Aparelho raios x**Descrição Complementar:** Aparelho Raios X Potência Aparelho: 90 KV, Aplicação: Uso Médico , Tensão Alimentação: 220 V, Amperagem: 100 MA, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Digital, Tipo Móvel**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.629.333,3400**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, **pelo melhor lance de** R\$ 1.627.000,0000 **e com valor negociado a** R\$ 800.000,0000 .

## Histórico

## Item: 1 - Aparelho raios x

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	Não	Não	2	R\$ 814.666,0000	R\$ 1.629.332,0000	18/08/2022 15:38:36
<b>Marca:</b> GE <b>Fabricante:</b> GE Healthcare do Brasil/ GE Hualun Medical Systems <b>Modelo / Versão:</b> ONE CFD 21cm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Arco cirúrgico móvel compacto com detector digital CMOS integrado ao arco em C para aplicações em procedimentos de cirurgia geral, ortopedia, urologia, neurologia (coluna), cardíaca (marca-passo) e vascular periférico. Arco com movimento vertical motorizado igual a 45 cm, movimento orbital de 150°, rotação lateral de 410°, distância da fonte ao detector de imagem de 100 cm, profundidade de 66 cm e espaço livre de 78cm. Sistema de freios identificados por cores. Cadeia de imagem 1:1, matriz de processamento 1k:1k, profundidade de digitalização de até 32 bit, detector de imagem digital (flat pane) de 21cm x 21cm, 03 (três) campos de entrada e monitor único UHD 4K de 27 polegadas, divisível digitalmente em duas telas, com resolução de 3840 x 2160 pixels. Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem, tablet de 10,1 com tela touchscreen, inclinação para baixo de 10° e para cima de 30°, rotação lateral de 270°, ângulo de visão horizontal e vertical de 160° e alta resolução de 1280 x 800. Gerador de alta frequência de 40kHz com potência de 2,5 kW, tubo de raio X com anodo estacionário e ponto focal duplo, sendo o menor desses igual a 0,6 mm e o maior igual a 1,4 mm. Colimador de tungstênio em formato de iris, de lâminas paralelas, colimação sem emissões de radiação e indicação da posição do colimador na tela. Capacidade térmica do anodo de 76 kHU, capacidade resfriamento anodo: 37 kHU/min, capacidade térmica da carcaça de 900 kHU, Capacidade de resfriamento da carcaça de 12,5 kHU/min, indicador de temperatura do tubo na tela e técnica de raios-X reduzida quando o sistema atinge altas temperaturas. Fluoroscopia pulsada com 40 a 110 kV e corrente máxima de até 25 mA. Modo Radiografia digital com 40 a 110 kV e corrente máxima de 20 mA (sistema 220V ou 10 mA para 110V). Modo fluoroscopia com taxa de até 12 pulsos por segundo e cine de até 25 quadros por segundo. Memória com recurso de retenção da última imagem adquirida (LIH), armazenamento de até 150 mil imagens. Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem a necessidade de se emitir radiação durante a rotação e zoom digital para ampliação da imagem em até 4 vezes na anatomia de interesse em tempo real (durante a fluoroscopia), sem nenhuma mudança na técnica de aquisição. Permite medição de distância, ângulo e anotação de imagem, subtração digital em tempo real (DSA), Roadmapping, Landmark variável, pixel shift, software que identifica a anatomia no campo de imagem e seleciona automaticamente a técnica mais adequada, software que detecta automaticamente o metal no campo da imagem e otimiza a qualidade de imagem, software que otimiza a qualidade de imagem reduzindo o ruído, software para marções digitais na tela do monitor, software que permite a revisão e gravação dos últimos 240 quadros, realce de borda, modo negativo de imagem opacificação de pico, informação de dose em tempo real e relatório de dose DICOM (RDSR). Possui no-break interno que permite o apagamento controlado, protege quanto ao desligamento em caso de queda de energia e permite transporte livre de reinicialização por cinco minutos. Possui saída USB integrada ao sistema e interface DICOM 3.0.							

	laser integrado ao detector e antena para conexão à rede via Wi-Fi. Validade da Proposta 60 dias- Marca GE- Modelo: ONE CFD 21cm -RMS: 80071260301- Garantia: 36 meses <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
02.949.582/0001-82	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.111.600,0000	R\$ 2.223.200,0000	16/08/2022 15:48:17
<p><b>Marca:</b> ZIEHM  <b>Fabricante:</b> ZIEHM IMAGING GMBH - ALEMANHA  <b>Modelo / Versão:</b> ZIEHM SOLO FD/80615160002  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Inigualável qualidade de imagem e projetado para executar uma ampla gama de aplicações de imagens cirúrgicas com tecnologia de ponta e ótima funcionalidade. O sistema inclui imagens de 2K x 2K de alta resolução e interface de usuário simples fornecidas pelo Centro Intuitivo Solo de Controle de Painel TFT que inclui a tecnologia de referência em exibição de imagem. Gerador de Raio-x • Alta frequência de 40kHz monobloco • Potência de 2,4 kW com microprocessador controlado Tubo de Raio-x • Tubo de raio-x com ponto focal de 0,6mm • Capacidade máxima de calor do anodo: 85 kHU / 60 kJ • Dissipação máxima de calor do anodo: 600 W / 51 kHU/min • Capacidade de calor do housing do tubo: o Sistema de capacidade de calor de 1,14 milhão HU o Capacidade de resfriamento de 17 kHU/min durante procedimento clínico • Filtração total: 4,3 mm Al Sistema de Colimação • Pré-colimador especial para detector flat panel • Rotação do colimador: +/- 90°#8304; • Iris do Colimador: 50 – 198 mm de diâmetro • Slot Assimétrico do Colimador: 50 – 198 mm de diâmetro • Colimador virtual sem radiação Valores de Operação • Fluoroscopia pulsada o kV alcança: 40 – 120 kV o mA alcança: 0,2 – 20 mA o Quantidade de pulsos: 1, 2, 4, 8, 12,5, 25 pulsos/s • Modo de radiografia digital o kV alcança: 40 – 120 kV o mA alcança: até 24 mA Monitores • Duas, com ultra alta resolução e brilho, telas planas de 19" • Resolução: 1.280 x 1.024 pixels • Ângulo de visão: 178°#8304; • Brilho de: 1.000 cd/m² Memória Digital • Capacidade de armazenamento: 100.000 imagens Entrada USB 3.0, cabo USB Sistema de Detector Digital Plano • 20,5 cm x 20,5 cm, tecnologia CMOS • Matriz do detector: 2k x 2k pixels o Amplificador de 1: 1.500 x 1.500 pixels o Amplificador de 2: 1.024 x 1.024 pixels • Sistema de resolução 5 lp/mm • Alcance dinâmico: 95dB • Tamanho do pixel: 100 &amp;#956;m • Grade anti-difusão: 70 linhas/cm; grid ratio 8:1 • Mira a laser integrado no detector de imagem • Escala de Cinza: 65.536 tons (16 bit) Movimento do Arco • Orbital: 165o • Angulação: 450o • Rotação (wig-wag): 10° • Vertical: 42 cm • Horizontal: 22 cm • Freios codificados por cores Aquisição de Imagem • Auto Salvar • Processamento digital de 32 bits • Interface de Usuário "Touchscreen" TFT • Ícones intuitivos para uso fácil • Anotações do paciente • Exibição de 16 imagens em mosaico • Exibição de imagens em tempo real no "touchscreen" do arco o Dimensão: 10,4" o Resolução: 640 x 480 pixels • Raio-x permite o bloqueio de teclas • Exibição de dose Air Kerma • Interruptor de emergência no arco • Pedal Duplo sem fio com funções programáveis Aplicação Orientada para Programas de Anatomia • Osso, coração, abdômen • Pacientes leves, pesados • Modo Pediátrico (dose reduzida) Processamento de Imagem Digital • Funções de processamento em tempo real • Filtro recursivo de: 4 níveis • Filtro de pilha de: 5 níveis • Reforço de borda de: 5 níveis • Abertura e nível • Controle automático ou manual de brilho e contraste • Rotação de imagem digital sem radiação • Inversão de escala de cinza • Persianas digitais • Janelamento • Zoom: 3 níveis • Cultivo de imagem • Funções de pós processamento • Software para medição de distancias e ângulos • Pacote de segurança HIPAA Pacote Ziehm Netport DICOM • Inclui interface e software para: o Storage Class e Storage Commit o Worklist Class, incluindo MPPS o Query Class o Media Class o DICOM Viewer o DICOM Print o Conexão com a rede PACS Conector (es) de saída de vídeo • Conector EIA (50 Hz) fornece sinal para impressoras ou monitores de resolução padrão. • Dois conectores DVI Dimensões do Arco: • Distância foco/filme: 109 cm • Espaço livre: 87 cm • Profundidade do arco: 68 cm • Largura: 80 cm • Comprimento: 171/193 cm • Altura: 175/217 cm • Peso: 347 kg Object Detected Dose Control (ODDC) • Detecção automática de objeto • Detecção automática de movimento • Redução automática da dose • Correção automática de metal Pacote Vascular Avançado • DSA, Opacificação Máxima (MSA) e função Roadmap (RSA) • Cine loop de 25 frames/segundo • Pixelshift e Landmarking • Ferramenta de marcação anatômica MARCA: ZIEHM MODELO: ZIEHM SOLO FD FABRICANTE: ZIEHM IMAGING GMBH - ALEMANHA ANVISA/RMS: 80615160002  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.223.200,0000	02.949.582/0001-82	22/08/2022 08:30:00:370
R\$ 1.629.332,0000	00.029.372/0002-21	22/08/2022 08:30:00:370
R\$ 1.628.000,0000	02.949.582/0001-82	22/08/2022 08:37:58:953
R\$ 1.627.000,0000	00.029.372/0002-21	22/08/2022 08:40:27:630

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/08/2022 08:31:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/08/2022 08:35:00	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/08/2022 08:45:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/08/2022 08:45:12	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obtenção de melhor proposta.
Encerramento etapa aberta	22/08/2022 08:55:13	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/08/2022 08:55:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/08/2022 08:56:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/08/2022 09:48:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 15:06:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 15:15:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.

Aceite de proposta	23/08/2022 15:25:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, pelo melhor lance de R\$ 1.627.000,0000 e com valor negociado a R\$ 800.000,0000. Motivo: Negociação de valor.
Habilitação de fornecedor	23/08/2022 15:26:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21
Registro de intenção de recurso	23/08/2022 15:41:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 02949582000182. Motivo: Sr. Pregoeiro Manifestamos intenção de recurso pois o arrematante não atende ao edital. Razões a serem apresentadas em peça recursal. Att, Medicalway.
Aceite de intenção de recurso	23/08/2022 16:02:35	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02949582000182. Motivo: Abre-se o prazo para apresentação das razões recursais.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.949.582/0001-82	23/08/2022 15:41	23/08/2022 16:02	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Sr. Pregoeiro Manifestamos intenção de recurso pois o arrematante não atende ao edital. Razões a serem apresentadas em peça recursal. Att, Medicalway.		
	<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Abre-se o prazo para apresentação das razões recursais.		

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	22/08/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/08/2022 08:35:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/08/2022 08:35:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/08/2022 08:37:51	Bom dia, senhores!
Pregoeiro	22/08/2022 08:38:06	Transcrevo o que dispõe no subitem 7.4 do Edital:
Pregoeiro	22/08/2022 08:38:07	7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Pregoeiro	22/08/2022 08:38:25	Solicito o envio de lances, sabemos que estes valores podem ser melhorados!
Sistema	22/08/2022 08:45:01	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/08/2022 08:45:12	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Para obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/08/2022 08:45:27	Senhores, aguardo o envio de lances!
Pregoeiro	22/08/2022 08:50:30	Senhores, aguardo o envio de lances!
Sistema	22/08/2022 08:55:13	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/08/2022 08:55:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/08/2022 08:56:22	Senhores, bom dia novamente!
Pregoeiro	22/08/2022 08:56:50	Convoco a atual arrematante para, nos moldes do item 8 do Edital, apresentar contraproposta, inferior ao lance, conforme subitem 11.3 do Edital.
Sistema	22/08/2022 08:56:54	Senhor fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/08/2022 09:48:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/08/2022 10:42:21	Senhores, informo que já encaminhei a documentação e a proposta da empresa GE para análise técnica. Saliento que mantere a sessão aberta.
Pregoeiro	22/08/2022 11:47:04	Senhores, informo que a presente sessão será suspensa! Retomaremos às 14h 30min. Por gentileza, estejam conectados!
Pregoeiro	22/08/2022 14:32:25	Boa tarde, senhores! Considerando que a documentação ainda não voltou da análise técnica, informo que presente sessão será suspensa e a continuidade da sessão será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.

Pregoeiro	22/08/2022 14:34:23	Boa tarde, senhores! Informo que a continuidade da presente sessão acontecerá amanhã, dia 23/08/2022, a partir das 14h 45min.
Pregoeiro	23/08/2022 14:48:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	23/08/2022 14:49:04	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - Boa tarde, senhores! Estão conectados?
00.029.372/0002-21	23/08/2022 14:49:58	boa tarde
00.029.372/0002-21	23/08/2022 14:51:41	Estamos conectados
Pregoeiro	23/08/2022 14:52:30	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - Com relação ao presente certame, foi verificado que a empresa apresentou cotação para a elaboração do processo licitatório com o valor unitário de R\$650mil. Nesse sentido, questiono se é possível melhorar o valor proposto.
00.029.372/0002-21	23/08/2022 14:53:18	Só um momento por favor
00.029.372/0002-21	23/08/2022 15:03:56	Sr pregoeiro, devido a variação cambial e analisando nosso custo atual, o valor que podemos fechar a negociação neste momento é de R\$ 800.000,00 unitario- Total R\$ 1.600.000,00
Pregoeiro	23/08/2022 15:06:31	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - Obrigada pelo retorno, senhores! Sendo assim, solicito a atualização da proposta com o valor unitário de R\$800mil.
Sistema	23/08/2022 15:06:33	Senhor fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
00.029.372/0002-21	23/08/2022 15:11:43	So mais um momento, estou colhendo assinatura e já vou anexar
Sistema	23/08/2022 15:15:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/08/2022 15:22:13	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - Senhores, informo que a Equipe Técnica emitiu os documentos SEI nº 0014017815 e 0014018637, os quais afirmam o que segue:
Pregoeiro	23/08/2022 15:22:36	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - Segue transcrição do documento SEI nº 0014017815:
Pregoeiro	23/08/2022 15:22:44	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - "A Proposta do equipamento apresentado no documento SEI 0014005452, ESTÁ DE ACORDO com as solicitações técnicas do Edital (SEI 0011449653) e Erratas (SEI nº 0013399298 e 0013766471)".
Pregoeiro	23/08/2022 15:23:42	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - Segue transcrição do documento SEI nº 0014018637:
Pregoeiro	23/08/2022 15:24:00	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - "Em complemento ao Memorando HMSJ.UAD.APA (SEI nº 0014017815), encaminhamos a análise da documentação técnica apresentada pela empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda para o item 1-RAIO-X DIGITAL MÓVEL COM ARCO EM C: (...)
Pregoeiro	23/08/2022 15:24:18	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - (...) 8.9.2 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta (...)
Pregoeiro	23/08/2022 15:24:45	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - (...) marca texto), quando exigido pela legislação vigente;- 80071260301, registro vigente, confirmado no portal da ANVISA. (...)
Pregoeiro	23/08/2022 15:24:56	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - (...) 10.6 k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente)- De acordo, válido até 19/10/2022 (...)
Pregoeiro	23/08/2022 15:25:04	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - (...) 10.6 l) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).- AFE para correlatos ativa, confirmado no portal a ANVISA (...)
Pregoeiro	23/08/2022 15:25:12	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - (...) Desta forma, considerando que a proposta apresentada pela empresa e a documentação técnica atendeu as exigências do edital, informamos que a proposta da empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda para o item 1-RAIO-X DIGITAL MÓVEL COM ARCO EM C esta APROVADA".
Pregoeiro	23/08/2022 15:26:22	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE - Ainda, informo que a documentação de habilitação apresentada pela atual arrematante está de acordo com as exigências do Edital. Assim, procederei à habilitação da empresa no sistema ComprasNet.
Sistema	23/08/2022 15:26:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro	23/08/2022 15:26:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/08/2022 às 15:57:00.
Pregoeiro	23/08/2022 15:27:09	Agradeço a presença e a participação de todos!

<b>Eventos do Pregão</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	03/01/2022 12:52:02	
Abertura da sessão pública	22/08/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	22/08/2022 08:35:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	22/08/2022 08:55:14	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/08/2022 15:26:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/08/2022 15:26:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/08/2022 às 15:57:00.

Data limite para registro de recurso: 26/08/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 31/08/2022.

Data limite para registro de decisão: 15/09/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:03 horas do dia 23 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA LUIZA BAUMER  
**Pregoeiro Oficial**

LAERCIO PRESTINI  
**Equipe de Apoio**

LUCIANA KLITZKE  
**Equipe de Apoio**

ELIANE ANDREA RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**



**Voltar**

