



MEMORANDO SEI Nº 26554975/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de agosto de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Solicitação de anulação - Pregão Eletrônico nº 335/2025.
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Audiologia e Equipamentos para o Laboratório de Prótese.

Em atenção ao Memorando 26550177, segue a análise técnica solicitada:

a) ao atendimento a solicitação de diligência realizada através do documento SEI Nº 26513034/2025 - SES.UAD.ACM:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o Edital	8.10.1 ANVISA	8.10.2 alíneas "a", "b" e "c" - Prospecto	Parecer
4	41389 - OTOSCÓPIO DE DIAGNÓSTICO OTOSCÓPIO COM CABO COMPATÍVEL. DEVE POSSUIR ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA DE 2,5V OU ACIMA, COM ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA POSSIBILITANDO VISIBILIDADE DO CANAL	Unidade	IX MEDICAL LTDA	MD	MARK II	De acordo	80070210012 - Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou (páginas 4 e 5)	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item será ofertado com lente de visualização giratória integrada ao otoscópio permitindo a instrumentação e impedindo a perda da lente e que o item será ofertado com lente anti riscos e abertura para acesso com pinça para procedimento clínico e impedindo a perda da lente.

	DO OUVIDO E DO TÍMPANO SEM REFLEXOS. COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X OU SUPERIOR, SUPERFÍCIE INTERNA OTIMIZADA PARA MINIMIZAR OS REFLEXOS E OBTER IMAGENS NÍTIDAS. DEVE POSSUIR LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO, PERMITINDO A INSTRUMENTAÇÃO E IMPEDINDO A PERDA DA LENTE. DEVE POSSUIR LENTE ANTI-RISCOS E ABERTURA PARA ACESSO COM PINÇA PARA PROCEDIMENTO CLÍNICO. FUNCIONAMENTO COM PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR BIVOLT DO PRÓPRIO APARELHO. NECESSITA QUE ACOMPANHE ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ENCAIXE NO EQUIPAMENTO E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL.								Para confirmação dos questionamentos, foi solicitado que a empresa enviasse documentação comprobatória. No retorno, a empresa informou: <i>Boa tarde, em contato com o Fabricante o mesmo nós informou que o modelo ofertado não atende integralmente ao solicitado, diante disto pedimos nossa desclassificação. Desde já pedimos desculpas pelo ocorrido.</i> Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
6	41391 - MOTOR DE BANCADA COM ROTAÇÃO: 50.000 RPM, 230W DE POTÊNCIA, TORQUE MÁXIMO DE 795GF-CM / 7,8N OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR PEDAL COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE E CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE COM DISPLAY DIGITAL PARA ROTAÇÃO INVERSA.	Unidade	EMGE SA EMPRE SA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESALENTE E AUTOMACA	EMGESA 900372025 Marca na proposta: MILD EAST	210 STRONGO	RPM 35000 (MÁXIMO) POTÊNCIA: 60W	Item não regulado, SEI nº 26474818	Não apresentou	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado atende as exigências do edital: 50.000 RPM e 230 W de potência, qual a marca do produto que está sendo ofertado, qual o torque do produto ofertado e que a empresa apresentasse o exigido em edital: 8.10.2 alíneas "a", "b" e "c" - Prospecto. No retorno, a empresa informou: <i>cotação e lancamos o produto errado - diante disto peça</i>

	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V - 50/60HZ. ACESSÓRIOS: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO.		O LTDA						desclassificação - desculpe pelo incomodo. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
10	22458 - IMITANCIÔMETRO? Analisador de Orelha Média automático e manual. Deve conter os seguintes baterias de teste: Timpanometria. Pesquisa de reflexo acústico ipsilateral. Pesquisa de reflexo acústico contralateral. Pesquisa de reflexo decadência. Teste da função tubária. Audiometria via aérea. Sonda com frequência de 226Hz, 678 Hz, 800 Hz e 1000 Hz para timpanometria. Memória interna para os 2 ouvidos. 6 gravações para estímulo ipsi e 6 para contralateral para cada orelha. Possível se conectar com computador via USB. Alimentação Bivolt. Caixa com olivas acompanhando. Impressora térmica acoplada. Pressão de ar com controle automático. Alcance padrão 200 para 400 daPa (Max.300 para 600daPa). limitação de segurança 800 daPa e 600 daPa. Compliance de 0,1 6,0ml. Bomba de Pressão do ar automática. Avaliação da Função da tuba auditiva compatível com tímpano intacto ou perfurado. Intensidade dos estímulos até: 110 dB HL para ipsilateral e 120 dBNA para contralateral. Frequência Avaliadas IPSI:	Unidade	ACUSTICA TECHNO AUDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Grason-Stadler	GS1 39 – V5	De acordo	80102511188 - Registro de timpanometria vigente, confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (páginas 107 à 112)	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que a sonda atenderia a frequência de 226Hz, 678 Hz, 800 Hz e 1000 Hz para timpanometria, a intensidade dos estímulos de 110 dB HL para ipsilateral e 120 dBNA para contralateral. No retorno a empresa informou: <i>nos nao atendemos todas especificações.</i> Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

	250, 500 1, 2, 3 e 4K, WB, HP, ruído LP Frequência Avaliadas Contralateral: 125 a 8 KHz, WB, LP, HP ruído. Audiometria: -10 a 120 dBNA intensidade e 125HZ a 8 KHz frequência. Atenuador: 1 dB ou 5dB								
1 1	41150 - Peate equipamento para realizar exames eletrofisiológicos para diagnóstico audiológico especialmente em bebês, crianças ou demais pacientes que não realizam adequadamente outros exames audiológicos convencionais, como por exemplo, audiometria tonal limiar. Equipamento audiológico para avaliação eletrofisiológica da audição. Realiza testes e exames objetivos para medição de todos os tipos de potenciais auditivos evocados de latências curtas e otoemissões acústicas. O equipamento deverá realizar testes de emissões otoacústicas evocadas (eoa) , potencial evocado auditivo do tronco encefálico (peate/bera/abr) e respostas auditivas de estado estável (rass), sendo de dois canais para diagnóstico de todas as faixas etárias com as seguintes características mínimas: - possuir dois canais; - realizar medições de emissões otoacústicas (eoa) evocadas transientes (te) e por produto de distorção (dp); - realizar teste de potencial evocado auditivo do tronco encefálico com finalidade de diagnóstico e triagem (peate/bera/abr); - realizar teste automático de raee (assr) e deverá vir com algoritmo	Unidade	ACUSTICA TECNICA AUDIOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Grason-Stadler	Novus	De acordo	8010251024 1 - Registro de audiômetro, vencido. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (páginas 8 a 105 - Triagem Neonatal)	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado realiza exames eletrofisiológicos para diagnóstico audiológico e não apenas para finalidade da triagem auditiva neonatal, que o item ofertado realiza teste automático de RAEE (ASSR) e que o item ofertado realiza pesquisa de limiar eletrofisiológico com todos os estímulos por frequências específicas. No retorno, a empresa informou: <i>este é para triagem, é por conta do valor de referencia nao tem como atingirmos, obrigado!</i> Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

duplo de detecção de assr (estado estável); - realizar pesquisa de limiar eletrofisiológico com todos os estímulos e também por frequências específicas; - possibilitar que exames sejam programáveis e protocolos modificáveis pelo usuário/profissional que opere o equipamento; - equipamento deverá vir/fornecer protocolos de eabr; - possuir software(s) que realize eoa transiente, eoa distorção e potencial evocado auditivo; - os software(s) deverão ser compatíveis com sistema windows 8 ou até o atual, hardware será fornecido pela secretaria de saúde de joinville; - presença de algoritmo que minimize ruídos e artefatos eletromagnéticos dispensando sedação do paciente. Deverá vir acompanhado de todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento do equipamento. Deve acompanhar manual de instruções em português.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

b) ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VII do Edital (SEI nº 26165051) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou assemelhados) apresentados:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (compras net)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o Edital	8.10.1 ANVISA	8.10.2 alíneas "a", "b" e "c" - Prospecto	Parecer
8	41393 - PRENSA HIDRÁULICA UTILIZADA PARA PRENSAGEM DE MUFLAS METÁLICAS OU EM FIBRAS PARA MICRO-ONDAS, ELIMINANDO AS BOLHAS DE AR E PROPORCIONANDO UMA CÓPIA DO MODELO EM GESSO. COM MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, DEVE	Unidade	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACA O LTDA	EMGESA 900372025	Protecni 4 Toneladas	De acordo.	Isento	Não apresentou	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 8.10.2 alíneas "a", "b" e "c" - Prospecto

	POSSUIR FORÇA DE ATÉ 3 TONELADAS OU SUPERIOR. ACESSÓRIOS: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

c) Considerando as análises técnicas dos documentos de habilitação, previamente realizadas através do documento SEI Nº 26505713/2025 - SES.UAD.ACM:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	9.6 alínea "m" - Alvará Sanitário	9.6 alínea "n" - AFE	Parecer
9	41149 - PROGRAMADOR DE APARELHO AUDITIVO PROGRAMADOR DE APARELHOS AUDITIVOS- EQUIPAMENTO INDICADO PARA A PROGRAMAÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, COM INTERFACE UNIVERSAL PARA PROGRAMAR TODAS AS MARCAS E TIPOS DE APARELHOS AUDITIVOS DISPONÍVEIS NO MERCADO SEM O USO DE INTERNET. CONEXÃO E ALIMENTAÇÃO VIA CABO USB; COMPATÍVEL COM SISTEMA WINDOWS 7 OU SUPERIOR; ACOMPANHA CABO USB E CD DE INSTALAÇÃO.	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	Apresentou. Válido até 30/04/2026	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa.	Documentação técnica aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 25/08/2025, às 11:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26554975** e o código CRC **2837D421**.