Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 31626633/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 16 de novembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - **Pregão Eletrônico nº 629/2026** - Portal de Compras do Governo Federal nº 101/2026
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Linha Têxtil).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31614737 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta está de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - CA - itens 66 e 67	8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site	11 . Amostras	Parecer
20	909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M ATADURA GESSADA MEDINDO 15 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPREDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE. Cota principal	Unidade	**POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	Polar Fix / Polar Fix	Polar Fix	De acordo	8003400035, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	--------	Apresentou	EXIGE	Proposta Classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
27	29855 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO **IMPERMEÁVEL** PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL) DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR: BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), **GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M²**, ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. **MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110**	Unidade	**GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	SP HEALTH	RMS: 81150410003	Apresentou descrição resumida do item.	81150410003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	--------	No prospecto não há a descrição sobre a seguinte exigência do edital: 1. Impermeável;	EXIGE	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa confirme se o item ofertado atende a seguinte exigência do edital:

	CM X LARGURA 140CM (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%								2. Confeccionado em não tecido SMS (spunbond meltblown spunbond).		1. Impermeável; 2. Confeccionado em não tecido SMS (spunbond meltblown spunbond).
58	917116 - LENÇOL DE TNT DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, **GRAMATURA 30 GR/M²**,TAMANHO MÍNIMO **0,90 CM X 2,00 M**, COM ELÁSTICO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota principal	UNID	**GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	ANADONA	RMS: 80175340005	Apresentou descrição resumida do item.	80175340005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	--------	No prospecto não consta a seguinte descrição: gramatura 30gr/m^2.	-------	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme se o item ofertado atende a seguinte exigência do edital: 1. Gramatura 30gr/m^2.

Item	**Material/Serviço**	**Unid. Medida**	**Fornecedor**	**Marca/Fabricante**	**Modelo/Versão**	**Descritivo da proposta está de acordo com o edital?**	**8.10.1 - Registro ANVISA**	**8.10.2 - CA - itens 66 e 67**	**8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site**	**11 . Amostras**	**Parecer**
24	47537 - AVENTAL ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - TAMANHOS P, M E G AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSUA INDICADOR QUÍMICO QUE DEMONSTRE QUE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOI CONCLUÍDO (O INDICADOR DEVE SER NO GRAU CIRÚRGICO, NÃO ACEITA-SE ETIQUETA REMOVÍVEL). CONTER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. **MEDIDAS: TAMANHO P: ALTURA 100 A 115 CM X 120 A 130 CM LARGURA; TAMANHO M: ALTURA 110 A 120 CM X 131 A 140 LARGURA; TAMANHO G: ALTURA 115 A 125 CM X 141 A 150 CM LARGURA (MEDIDA DA LARGURA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO).** O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. Cota reservada 25%	UN	**HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	Pion G / Health Quality	Pion G / Health Quality	De acordo	80342069005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/11/2026.	--------	Apresentou prospecto que descreve tamanho único: **1,35 x 1,16m;** o edital exige medidas: amanho P: altura 100 a 115 cm x 120 a 130 cm largura; Tamanho M: altura 110 a 120 cm x 131 a 140 largura; Tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura (medida da largura na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração).	EXIGE	**Análise prévia:** Apresentou prospecto que descreve tamanho único: 1,35 x 1,16m); o edital exige medidas: amanho P: altura 100 a 115 cm x 120 a 130 cm largura; Tamanho M: altura 110 a 120 cm x 131 a 140 largura; Tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura (medida da largura na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração). Para continuidade da análise e para evitar custos com o envio de amostras

											que serão reprovadas se não atenderem as medidas exigidas, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui as medidas especificadas no edital. **Diligência:** 315114 33 **Parecer:** Em resposta a diligência realizada, a empresa não deixou claro se fabrica aventais nos três tamanhos solicitados. O prospecto descreve um tamanho Único, que corresponde apenas ao tamanho M solicitado. Para continuidade da análise solicitamos novamente que a empresa confirme se o item ofertado será fabricado e entregue nas três medidas especificadas no edital (P. M e G) ou a proposta será desclassificada. **Nova diligência:** 316146 51 , *informo que as medidas são aproximadas conforme consta na ficha técnica.* As medidas da ficha técnica referem-se a um tamanho único, não atendendo ao

											descritivo exigido no edital. **Parecer final:** Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta está de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - CA - itens 66 e 67	8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site	11 . Amostras	Parecer
44	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO **25 CM X 23 CM** - PACOTE **COM 50 UNIDADES** COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 25 CM X 23 CM COM **PESO MÍNIMO 8 G, EM** 100% ALGODÃO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRAÇÕES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, **POSSUIR FIO RADIOPACO,** POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, NÃO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. PACOTE PLÁSTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14767 E SUAS ATUALIZAÇÕES EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Pacote	**AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**	BIOTEXTIL	BIOTEXTIL	De acordo	80113320005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	--------	O prospecto apresentado não descreve a seguinte exigência do edital: com peso mínimo 8 g.	EXIGE	**Análise prévia:** Para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem ao peso exigido no descritivo, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui **peso mínimo 8g.** **Diligência:** 31614651 **Parecer:** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta está de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - CA - itens 66 e 67	8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site	11 . Amostras	Parecer

59	917116 - LENÇOL DE TNT DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M²,TAMANHO MÍNIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELÁSTICO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota reservada 25%	UNID	**GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	ANADONA	RMS: 80175340005	De acordo	80175340005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 09/11/2026.	-------	No prospecto apresentado não consta a seguinte exigência do edital: gramatura 30 gr/m2.	---------	**Análise prévia:** Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui **gramatura de 30 gr/m2.** **Diligência:** 31614685 - *a empresa compra por ser gramatura 30, mas estamos dispostos para encaminhar uma amostra para a análise.* **Parecer:** Proposta classificada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 16/11/2026, às 10:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31626633** e o código CRC **C3A20456**.