



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: suprimentos@saudejoinville.sc.gov.br



Ata da reunião para análise das propostas apresentadas ao Pregão nº 020/2014, para **Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para o Complexo de Emergências Deputado Ulisses Guimarães do Hospital Municipal São José**. Aos 14 dias de maio de 2014, às 11:00h, reuniram-se na Coordenação de Suprimentos, tendo como pregoeiro o Sr. **Laércio Prestini** e sua equipe de apoio de acordo com a Portaria nº 023/2014, para análise das propostas apresentadas. O Pregoeiro juntamente com sua equipe e a Comissão de Padronização classificaram as empresas conforme CI ° 021 – HMSJ – Hospital Municipal São José - Comissão Técnica do Hospital, e após esta análise a classificação para início da sessão de lances ficou da seguinte forma: **Item 01, Aparelho de Raio X móvel - Empresas classificadas:** Siemens Ltda, Philips Medical Systems. **Empresas desclassificadas:** Para este item a empresa Shimadzu do Brasil foi desclassificada devido o produto cotado apresentar comando gerador de 200 MAS, e o Edital solicita de 250 MAS. **Item 02, Aparelho de Raio X móvel motorizado - Empresa Classificada:** Shimadzu do Brasil. - **Item 03, Aparelho de ultrasson para exames gerais e cardiológicos -Empresas Classificadas:** Siemens Ltda, Philips Medical Systems. **Item 04, Aparelho de ultrasson para exames gerais e cardiológicos com transdutor esofágico - Empresa Classificada:** Philips Medical Systems. **Item 05, Aparelho para anestesia com monitor multiparâmetro - Empresas Classificadas:** Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda, Dräger Indústria e Comércio Ltda. **Empresa Desclassificada:** Para este item a empresa Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda foi desclassificada devido o produto cotado apresentar, com relação ao monitor: bateria externa : módulo acoplado; e bateria de níquel hidreto, sendo que o Edital solicita : bateria de lítio interna; e com relação ao Aparelho de Anestesia não localizamos no Catálogo Técnico que acompanha a proposta, nem no manual da ANVISA a existência da seguinte característica do Edital :”No filtro valvular : ... sistema de drenagem de líquidos, autoclavável à vapor”. **Item 06, Arco em C - Empresa Classificada:** Philips Medical Systems. **Item 07, Banqueta giratória - Empresa Classificada:** não houve empresa classificada para este item - **Empresas Desclassificadas:** Para este item a empresa Olimed Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda foi desclassificada devido o produto cotado apresentar divergência em seu catálogo técnico : a imagem mostra banquetta com 4 pés e o descritivo menciona 5 pés. Para este item a empresa Olimed Produtos médico-hospitalares e odontológicos foi desclassificada devido o produto cotado apresentar divergência em seu catálogo técnico : a imagem mostra banquetta com 4 pés e o descritivo menciona 5 pés. **Item 08, Cadeira de Banho e Uso Sanitário – Sem cotação.** **Item 09, Cadeiras de Rodas – Sem cotação.** **Item 10, Cadeiras de Rodas – Sem cotação.** **Item 11, Cardioversor com marcapasso - Empresa Classificada:** Medicalway. **Empresa Desclassificada :** Para este item a empresa Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda foi desclassificada devido o produto cotado apresentar IPXO, conforme consta na página 98 do Manual do Produto registrado na ANVISA; sendo que o Edital solicita IP21, no mínimo. **Item 12, Cardioversor sem marcapasso - Empresa Classificada:** Medicalway. **Empresa Desclassificada:** Para este item a empresa Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda foi desclassificada devido o produto cotado apresentar IPXO, conforme consta na página 98 do Manual do Produto registrado na ANVISA; sendo que o Edital solicita IP21, no mínimo. **Item 13, Eletrocardiógrafo portátil - Empresa Classificada:** Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - **Empresas Desclassificadas :** a) Para este item a empresa Alfamed Sistemas foi desclassificada pois na proposta comercial não inclui, nem menciona o fornecimento de nenhum dos acessórios solicitados no Edital. b) Para este item a empresa Medicalway foi desclassificada por



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: suprimentos@saudejoinville.sc.gov.br



não apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, visto que o produto ofertado foi registrado na ANVISA na data de 10/02/2014, portanto em data anterior à publicação da RDC nº15 de 28 de março de 2014, a qual dispõe que não emitirá CBPF para produtos de saúde enquadrados nas Classes I e II, portanto à época de análise do referido produto para autorização pela ANVISA o CBPF era exigido. c) Para este item a empresa Comercio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul LTDA - foi desclassificada pois não apresentou Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, nem tão pouco justificou sua não apresentação conforme disposto nos itens do Edital : 8.13.1 e 8.13.3. d) Para este item a empresa DIXTAL Biomédica Indústria e Comércio Ltda. foi desclassificada devido o produto cotado não apresentar impressora térmica, conforme exigido no Edital. **Item 14, Escada com 2 degraus - Empresa Classificada:** não houve empresa classificada para este item - **Empresas Desclassificadas :** Para este item a empresa Olimed Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda foi desclassificada devido no catálogo técnico do produto ofertado não ser possível confirmar que o piso em chapa de aço tenha o tratamento anticorrosivo e antiferruginoso conforme solicitado em Edital. Para este item a empresa Olimed Produtos médico-hospitalares e odontológicos foi desclassificada devido no catálogo técnico do produto ofertado não ser possível confirmar que o piso em chapa de aço tenha o tratamento anticorrosivo e antiferruginoso conforme solicitado em Edital. **Item 15, Leito tipo fawler - Empresa Classificada:** não houve empresa classificada para este item - **Empresas Desclassificadas :** Para este item a empresa Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Ltda – aprovado item com rodízios de 6” ou 150 mm, conforme consta no item opcionais do catálogo do produto e no manual da ANVISA e na proposta comercial apresentada. Para este item a empresa Olimed Produtos médico-hospitalares e odontológicos foi desclassificada devido no catálogo técnico do produto ofertado constatar-se que as medidas de 2,00 comp x 0,90 larg x 0,68 alt. não correspondem ao solicitado no edital: dimensões de 2,10 a 2,16 de comprimento x 0,90 de largura, não é possível verificar o material de composição das manivelas para movimentação do leito, não menciona o fornecimento do colchão, nem suas características, não se visualiza no catálogo técnico a existência do pára-choque de borracha nos 4 cantos da cama, muito embora o descritivo do produto no catálogo mencione : pára-choque de borracha nos 4 cantos, havendo portanto divergências entre a imagem do produto, o descritivo que consta no catálogo e o descritivo que consta na proposta. **Item 16, Maca para Higienização- Sem Cotação.** **Item 17, Maca para transporte com cilindro de oxigênio** Não houve empresa classificada para este item. **Empresas Desclassificadas:** Para este item a empresa Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Ltda foi desclassificada devido ao edital solicitar pneus infláveis, e o produto ofertado possui pneus maciços. Para este item a empresa Olimed Produtos médico-hospitalares e odontológicos foi desclassificada devido no catálogo técnico do produto ofertado constatar-se que os pneus não são infláveis, e não possuir suporte para cilindro de oxigênio de 1 m³ conforme solicitado no Edital, inclusive o Catálogo Técnico apresenta carrinho para transporte de cilindro de oxigênio independente, de outra fabricante. **Item 18, Máquina de Hemodiálise - Empresas Classificadas :** Nipro Medical Ltda, Sulmedic Comercial Ltda, Laboratório B.Braun S.A. **Empresas Desclassificadas :** Para este item a empresa Gambro do Brasil Ltda. foi desclassificada devido o produto cotado não apresentar tela de cristal líquido (LCD) colorida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: suprimentos@saudejoinville.sc.gov.br



sensível ao toque, conforme exigido no Edital. **Item 19, Mesa auxiliar para instrumental - Empresas Classificadas:** Olimedica Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda, Olimed Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos. **Item 20, Mesa de cabeceira com mesa de refeições - Empresas Classificadas:** Olimedica Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda, Olimed Produtos médico-hospitalares e odontológicos. **Item 21, Mesa para instrumental cirúrgico - Empresas Classificadas:** Olimedica Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda, Olimed Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos. **Item 22, Monitor Multiparâmetros - Empresas Desclassificadas :** Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda, Medicalway - **Empresas Desclassificadas :** a) Para este item a empresa Comercio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul LTDA - foi desclassificada pois não localiza-se no Catálogo e nem no Manual da ANVISA do produto ofertado a indicação de que no modo diagnóstico a Banda mínima para adultos é de : 0,05 a 150 Hz; não localiza-se no Catálogo e nem no Manual da ANVISA do produto ofertado a indicação de que utiliza a tecnologia “OXYMAX SYSTEM”; NELLCOR”, “MASIMO SET “; OU “ MARS”; a faixa de medição temperatura do produto é de 15 °C a 45 °C, o edital solicita faixa de leitura de temperatura de 10 °C a 45 °C; a faixa de leitura de respiração do produto ofertado é de 5 a 120 rpm o edital solicita faixa de leitura de respiração de 4 a 120 rpm. b) Para este item a empresa AlfaMed Sistemas Médicos Ltda foi desclassificada pois no Manual da ANVISA do produto ofertado – página 206, consta que o equipamento possui : Para este item a empresa AlfaMed Sistemas Médicos Ltda foi desclassificada pois no Manual da ANVISA do produto ofertado – página 206, consta que o equipamento possui : UMIDADE : em funcionamento : 25% a 80 % (sem coagulação), sendo que o Edital solicita : “ Deve operar com faixa de umidade relativa na faixa de 30 a 85 % . c) Para este item a empresa Aurion Equipamentos Eletrônicos Ltda foi desclassificada pois não foi possível localizar no Manual da ANVISA do produto ofertado o atendimento ao quesito do edital : “ características do ECG – modo diagnóstico : 0,05 a 150Hz. Solicitado no Edital : “ temperatura : faixa de medição de 10 °C a 45 °C; erro máximo de + ou – 0,2°C”, no catálogo do produto consta que a precisão de medição de temperatura é de + ou – 1 °C . d) Para este item a empresa Instramed - Indústria Médico Hospitalar Ltda foi desclassificada pois não no Manual da ANVISA do produto ofertado não localiza-se a informação de que utiliza a tecnologia de SpO2: “OXYMAX SYSTEM”; NELLCOR”, “MASIMO SET “; OU “ MARS”; não foi possível localizar no Catálogo Técnico fornecido e no Manual da ANVISA do produto ofertado o atendimento ao quesito do edital : “ características do ECG – modo diagnóstico : 0,05 a 150Hz. A frequência cardíaca solicitada no edital é de 30 a 300 bpm, conforme Catálogo do Produto Manual da ANVISA, o produto ofertado a frequência cardíaca é de 15 a 250 bpm.”; a faixa de medição temperatura do produto ofertado , conforme Manual da ANVISA é de 15 °C a 45 °C, o edital solicita faixa de leitura de temperatura de 10 °C a 45 °C . O edital solicita a medição da pressão não invasiva com intervalo de 01 a 120 minutos, o produto ofertado em seu Catálogo menciona que o intervalo de medição da pressão não invasiva é de 1 a 90 minutos. e) Para este item a empresa DIXTAL Biomédica Indústria e Comércio Ltda. foi desclassificada devido o produto cotado apresentar, com relação ao monitor bateria externa : módulo acoplado; e bateria de níquel hidreto, sendo que o Edital solicita : bateria de lítio interna. O Edital solicita : “ características do ECG – modo diagnóstico : 0,05 a 150Hz, conforme o Manual da ANVISA o produto ofertado apresenta modo diagnóstico de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS**

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: suprimentos@saudejoinville.sc.gov.br



0,05 Hz a 100Hz. Item 23, Unidade de Osmose Reversa Portátil - Empresas Classificadas: : Nipro Medical Ltda, Sulmedic Comercial Ltda, Gambro do Brasil Ltda. **Item 24, Poltrona Reclinável - Empresa Classificada:** não houve empresa classificada para este item. **Empresas Desclassificadas :** Para este item a empresa Olimed Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda foi desclassificada devido no catálogo técnico do produto ofertado não ser possível confirmar o tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, a composição da espuma do estofamento e a cor da forração, conforme requisitos constantes no em Edital. Para este item a empresa Olimed Produtos médico-hospitalares e odontológicos foi desclassificada devido no catálogo técnico do produto ofertado não ser possível confirmar o tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, a composição da espuma do estofamento e a cor da forração, conforme requisitos constantes no em Edital. Certos de haver apresentado todos os elementos necessários à continuidade dos trabalhos, dispomo-nos para esclarecimentos adicionais. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Pregoeiro: Laércio Prestini

Equipe de apoio: Marcio Haverroth

Joelma de Matos

Saul De Villa Luciano

Tatiana Fabíola da Rocha