



MEMORANDO SEI Nº 25774082/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 12 de junho de 2025.

À

SAP.LCT - Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 220/2025.

Objeto: Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de

Joinville

Prezada Senhora,

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 25768098 - SAP.LCT, temos o que segue:

a) análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 220/2025, conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer	Amostra
15	917631 - VDRL PRONTO PARA USO TIPO RPR. Kit para teste de VDRL, tipo RPR (Rapid Plasmatic Reagin). Suspensão	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	WAMA	Não atende - Segundo a bula do teste, pág. 4 da proposta comercial SEI 25768002, " <i>Quando a suspensão antigênica do</i>	10310030078- Confirmado no Portal da Anvisa	Sim, porém não atende ao descritivo do Edital.	Proposta Reprovada	-----

	antigênica estabilizada para realizar prova de VDRL modificada (RPR) para detecção de sífilis, tendo a suspensão aquosa de antígeno minimamente cardiolipina e lecitina. Antígeno pronto para uso. Com controles positivo e negativo. Para utilização com amostras biológicas não inativadas e inativadas. Kit para até 250 determinações (testes).			<p><i>VDRL é misturada com a amostra que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno floculam e o resultado da reação é observado ao microscópio. A ausência de floculação indica resultado negativo."</i></p> <p>No entanto, no VDRL tipo RPR (Rapid Plasm Reagin) a leitura final da prova é a olho nu, dispensando-se o uso do microscópio.</p>				
--	---	--	--	---	--	--	--	--

b) análise dos documentos de habilitação:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	9.6 -m Alvará Sanitário Estadual ou Municipa	9.6 - n AFE	Parecer
------	------------------	------------	--	-------------	---------

13	9073 - TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA A GLICOSE OU CURVA GLICÊMICA Solução padronizada de glicose ultra pura estabilizada, sabor limão. Frascos de 300 ml contendo exatos 75g de glicose.	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim, válido até 06/05/2026, pág. 206 SEI 25768027.	AFE de Correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Habilitada
----	--	------------------------------------	--	---	------------

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 12/06/2025, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25774082** e o código CRC **D0FD2B32**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.070446-1

25774082v5