

MEMORANDO SEI Nº 0018890021/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 26 de outubro de 2023.

À
SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 354/2023.

Objeto: Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José.

Em atenção ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0018889528), segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Quantidade	Fornecedor	Marca	Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 - b) Prospecto/Ficha técnica/ Print de Tela para os itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36	11 - Amostras	Parecer
19	917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA. ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.	Unid	5.200	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	BIATAIN AG / COLOPLAST	COD: 39625	De acordo	10430310062- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Exige	Proposta classificada, apta a apresentar amostra.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/10/2023, às 11:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018890021** e o código CRC **53389EEA**.