

MEMORANDO SEI Nº 30810335/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 08 de setembro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026**Objeto:** Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação SEI nº 30695454, segue a análise das amostras recebidas:

Item	Empresa	Item	Parecer
20	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO	Amostra aprovada conforme SEI nº 30810334.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 08/09/2026, às 06:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30810335** e o código CRC **4453F0BB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

30810335v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM: 20 - 917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA

917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.

FORNECEDOR: MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

MARCA: SILVERSOFT

LOTE: 20250316

REGISTRO (ANVISA): 80691910040

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AValiação Técnica**EMBALAGEM**

Apontamentos:

Permite abertura asseptica☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

Permite a alta absorção de exsudato☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

Alta absorção, obedece o tamanho. Contém prata. Fácil aplicação☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO**APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Obedece às recomendações e descritivoDATA: 09/09/26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Mayra Helena Leck
Coren SC 122126