

À
SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 014/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0020529627), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/ Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras (itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27)	Parecer
25	917691 - SONDA NASOENTERAL Nº 08 ELASTICA, DE SILICONE OU POLIURETANO, 105 A 120CM DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACA COM MARCAÇÃO DE REFERENCIA, PESO SOLIDO EM TUNGSTENIO OU METAL ATOXICO, NA EXTREMIDADE DISTAL, ORIFICIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSAO DE SOLUCOES, COMPATIVEL COM A NUMERACAO, ATRAUMATICA, CONEXAO UNIVERSAL PRECISA, TAMPACOM ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXIVEL EM ACO INOX, DE FACIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADICAO DE LUBRIFICANTES OU AGUA, QUE NAO TRACIONE A SONDA E NAO SAIA PELOS ORIFICIOS DA PONTA DISTAL. ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SOLUMED / SOLUMED	NUTRICAO	Na proposta, a empresa não indicou todas as informações exigidas no edital, descrevendo a redação constante no Comprasnet.	A ficha técnica apresentada pela empresa trás apenas a imagem do produto, não indicando as características do produto.	exige	Na proposta a empresa não indicou todas as informações do edital e a ficha técnica só trás a imagem do item ofertado. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme/ informe: 1- Que o item atende na integra o descritivo exigido no edital. 2- Que o item é confeccionado em silicone ou poliuretano; 3- Qual o comprimento do item ofertado; 4- Complemente a ficha técnica com as demais informações do produto ofertado, em especial, acerca do comprimento do produto.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 16:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020529647** e o código CRC **2C396AD7**.