

MEMORANDO SEI Nº 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 07 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras do Pregão Eletrônico 186/2025.**Objeto:** Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José..

Cumprimentando-os cordialmente, afim de dar andamento ao presente processo, seguem análises técnicas referente ao itens o qual foram solicitadas amostras:

Lote 1 - Itens 1 e 2 - Bravo Medical Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda - **Aprovado**, conforme Anexo SEI nº 25373478;

Item 6 - Cotação Com, Representação, Importação e Exportação Ltda - **Reprovado**, conforme Anexo SEI nº 25373489;

Transcrição da justificativa médica do Dr. André Sanchez Pitzschk - CRM 14504 - RQE 7463:

"Material de qualidade inferior ao utilizado atualmente, e não é adequado. A bureta atual é móvel com sistema melhor e mais preciso, o filtro antimicrobiano hidrofílico previne interrupção de drenagem, não possui torneira de 3 vias, cateter atual é transparente, não possui sistema de fixação no leito, e não tem laser para medição de altura. Não possui nenhum dos itens citados acima, e são itens importantes para a segurança do sistema, evitando complicações"

Em complemento a análise realizada acima, a equipe de fiscalização realizou análise complementar do item, e verificamos que o cateter ventricular cerebral possui marcação a cada 5cm, diferente do exigido em edital, que é a cada 3cm. Também é solicitado em edital que a primeira torneira seja de 3 vias, porém o item apresentado possui torneira de 2 vias.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Coordenador(a)**, em 07/05/2025, às 13:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25379783** e o código CRC **1D4607B2**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

Item	MATERIAL
1	9659 - PLACA ESP.TITANIO MICRO FRAGMENTOS SIST.1.5 PLACA ESP.TITANIO MICRO FRAGMENTOS SIST.1.5, INCLUI PARAFUSOS, UTILIZADA PARA NEUROLOGIA. COD SUS 0702050482
2	24284 - Parafuso Micro fragmentos Parafuso 1,5mm para uso em sistema placa micro fragmentos 1.5. Deverá vir em caixa de implantes com placas micro fragmentos. Cod. Sus 0702030660

AValiação Técnica

PREGÃO ELETRÔNICO: 186/2025

SETOR TESTE: OPME

MARCA: SIGNO ORTHO

FORNECEDOR: BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80389000007

QUANTIDADE AVALIADA: 01

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

Boa funcionalidade do material com o sistema e usamos em outros hospitais, boa qualidade, parafusos resistentes ao aperto, raramente quilibra, bom perfil, não fica aparente e comprime a pele, caixa bem adequada.

Este material é superior ao que usamos.

CONCLUSÃOAPROVA O MATERIAL? ☒ SIM () NÃO

MOTIVO:

Dr. André Sanches Pitzsch
CRM 14504 - RQE 7467
Neurocirurgia

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: __/__/__

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
6	912209 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E MPIC Sistema de drenagem externa adulto para redução e controle temporário da pressão intracraniana (pic), em embalagem esteril em duplo blister, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número de lote e registro no ms, composto por: cateter ventricular cerebral de 35cm em silicone grau médico, com marcação numérica a cada 3cm, com guia de aço inox, haste perfurante, presilha para fixação em silicone e adaptador luer; equipamento composto por tubo de pvc com 200cm, com os acessórios: conector luer macho para adaptador luer do cateter ventricular, adaptador luer fêmea-fêmea para preenchimento do sistema, corta fluxo, primeira torneira de três vias, válvula em y para coleta de amostra ou injeção, válvula anti-refluxo, segunda torneira de três vias para conexão com sistema monitorização pic, régua graduada com escala de pressão em mmhg e cmh2o, bureta adulta móvel graduada de 70ml para regulagem da pic, com respiro protegido por filtro antimicrobiano hidrofóbico; bolsa de drenagem (coletora) em pvc atóxico, com 700ml graduada a cada 50ml, com corta fluxo e porta coletora, com respiro protegido por filtro antimicrobiano hidrofóbico. cod sus = 0702010090

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 186/2025

SETOR TESTE: OPME/CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: BIOMEDICAL

FORNECEDOR: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10196320040/10196320038

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplicaFUNCIONALIDADE: *material de qualidade inferior ao utilizado atualmente não é adequado.*

a bureta de que usamos é móvel com sistema melhor e mais preciso, filtro antimicrobiano hidrofóbico prevenindo interrupção da drenagem, torneira 3 vias, conector, o cateter que usamos é transparente furção oblonga, o que usamos tem protetor de conexão, tem sistema de fixação no leito, tem laser para medição da altura, nenhum dos itens tem a marca biomédical de DVE tem

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM ☒ NÃO

MOTIVO:

*não tem itens citados acima
e os itens são importantes para segurança
do sistema evitar complicação.*

Dr. André Sanches Pitzsch
CRM 14504 - RQE 7663
Neurocirurgião

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: __/__/__