



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 453/2024****PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL Nº 90453/2024**

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 01 de novembro de 2024 às 07h 38min (documento SEI nº 0023387214).

3º Questionamento: "Considerando que as bombas elastoméricas necessitam de um volume de preenchimento mínimo/nominal de acordo com a definição de cada fabricante, torna-se inviável que uma bomba com capacidade de 250 ml e taxa de fluxo de 2ML/h realize uma infusão em 2 dias, tal como solicita o edital (2 a 5 dias). Desta forma, questiona-se: qual é o protocolo que essa r. Equipe Técnica pretende realizar com a bomba elastomérica solicitada no item 30?"

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante do processo, através do Memorando SEI Nº 0023413764/2024 - SES.UAD.ACM:

Em Resposta ao Esclarecimento SAP.LCT (SEI nº 0023339480), após contato com a equipe técnica do ambulatório de oncologia do Hospital Municipal São José, nos foi informado que o protocolo a ser realizado com o item 30 é Cisplatina + Fluorouracila.

Atenciosamente,

Luciana Klitzke

Pregoeiro(a) - Portaria nº 181/2024 - SEI nº 0021976547



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 04/11/2024, às 16:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023416919** e o código CRC **935C8DE0**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0023416919v5