

MEMORANDO SEI Nº 30758332/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

ssunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Conforme memorando SEI nº 30758175/SAP.LCT, segue análise solicitada quanto aos documentos técnicos de habilitação, nos termos da Lei 14.133/2021 e do Edital:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	9.6 - k) Alvará Sanitário	9.6 - l) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE)	Parecer
38	13079 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR FILTRO ESTÉRIL, BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: 15 MM FÊMEA/22 MACHO, CONEXÃO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES: LUER LOCK, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA: (%)1=99,9999, VIRAL (%)1=99,99. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, DEVERÁ ACOMPANHAR TRAQUÉIA DE 15CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE	PC	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BE CARE	Válido até 28/02/2027 SEI nº 30712715, pág 27.	AFE de dispositivos médicos ativa, confirmado no portal ANVISA.	Documentação Técnica de acordo com o Edital. Aprovada

IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.						
---	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 02/09/2026, às 08:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30758332** e o código CRC **F39072E8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30758332v3