

MEMORANDO SEI Nº 28948009/2026 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 30 de março de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 047/2026.

Objeto: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso nas especialidades de Cirurgia Geral e Próteses Mamárias, para o Hospital Municipal São José.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI Nº
Item 14 SURGICALMEDI	28891462 - APROVADO
Item 06 ALRANTECH	28891680 - REPROVADO

Protocolo de amostras:

- Empresa Surgicalmedi - Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda : Item 14 - 28819220
- Empresa Alrantech Importações e Comércio Ltda: Item 6 - 28892877

Quanto à reprovação do item 6 - CLIPADOR CIRÚRGICO AUTOMÁTICO, o descritivo constante no Edital SEI Nº 28161366/2026 - SAP.LCT é: "Aplicador de Clip para uso em Cirurgia Aberta, descartável, com Clip em Titânio no tamanho médio incluso. Estéril. Embalagem Individual. A apresentação do produto deverá atender à legislação vigente."

Conforme o Protocolo | AMOSTRA I ITEM 06 | ALRANTECH (28892877), o item apresentado foi "Clipadora 28cm angulada 25 Graus para clip CT200 M".

Trata-se de uma clipadora reutilizável, não estéril e sem clips de titânio no tamanho médio inclusos, o que não atende aos requisitos do edital.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Eduardo Schmidt, Coordenador(a)**, em 30/03/2026, às 12:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28948009** e o código CRC **31F4A543**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar na Área de OPME - Ramal 9077

Item	MATERIAL
14	912591 - KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA 10 FR KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA 10 FR - O Cateter para Drenagem é indicado para a drenagem percutânea de fluidos de abscessos, nefrostomia e secreção biliar - O kit de drenagem percutânea deve conter : cateter em poliuretano Pigtail com orifícios de drenagem diâmetro externo de 10 FR, fio guia com diâmetro 0,035" com no mínimo 80 cm, introdutor para punção compatível com tamanho do cateter, dilatadores sequenciais, cânula metálica e flexível, bolsa coletora de drenagem com conector Luer Lock. Estéril, embalagem individual. a apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente.
<p>PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2026</p> <p>SETOR TESTE: BLOCO CIRÚRGICO</p> <p>MARCA: SAFE&SOFT + VITALBAG</p> <p>FORNECEDOR: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA</p> <p>Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81665699034</p> <p>LOTE: 2519601251015</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA: 02</p> <p>EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada () Inadequada () Não se aplica</p> <p>FUNCIONALIDADE: <u>SOM MATERIAL</u></p>	
<p>CONCLUSÃO</p> <p>APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO</p> <p>MOTIVO: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	


 Ademair Regueira Filho
 Cirurgia Vascular
 CRM-SC 11.424


 ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: 26/10/26

impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por 1477_zucovoz19

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar na Área de OPME - Ramal 9077

Item	MATERIAL
06	26173 - CLIPADOR CIRURGICO AUTOMÁTICO Aplicador de Clip para uso em Cirurgia Aberta, descartável, com Clip em Titânio no tamanho médio incluso. Estéril. Embalagem Individual. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente.
<p>PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2026</p> <p>SETOR TESTE: BLOCO CIRÚRGICO</p> <p>MARCA:</p> <p>FORNECEDOR:</p> <p>Nº MS/ REGISTRO ANVISA:</p> <p>LOTE:</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA:</p> <p>EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada () Não se aplica</p> <p>FUNCIONALIDADE: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>CONCLUSÃO</p> <p>APROVA O MATERIAL? () SIM () NÃO</p> <p>MOTIVO: <u>ENVIADA AMOSTRA INCORRETA</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	



 ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: 27/03/26