



## MEMORANDO SEI N° 25389186/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 08 de maio de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao documento SEI n° 25383146 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha técnica/Print de tela	Amostrs?	Parecer
15	909309 - CATETER DUPLO J ADULTO 6 FR CATETER DUPLO J 6FR COMPRIMENTO 28 CM, BIOCMPATÍVEL, RADIOPACO E FABRICADO EM POLIURETANO A PROVA DE DOBRAS. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. MARCAÇÃO NO CORPO DO CATETER, VÁRIOS ORIFÍCIOS E EXTREMIDADES ABERTAS. FIO GUIA HIDROFÍLICO COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 130 CM. EMBALAGEM	Pç.	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	ATS/ REF: DJF6026 / FGH35150	Indicou descrição resumida, porém, com a informação de que o cateter ofertado possui medida 6 FR X 26 cm	80222919023 - registro vigente, referente a cateter duplo J de vários modelos, confirmado no Portal ANVISA.  80222919028 - registro	-----	EXIGE	Parecer anterior: O edital exige cateter com comprimento de 28 cm e na proposta a empresa indicou medida de 26 cm.  Para finalização da análise, solicitamos que a empresa confirme:  1- O código de referência do modelo

	ESTÉRIL,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO					vigente, referente a fio guia hidrofílico de vários modelos, confirmado no portal da Anvisa.		ofertado.  2- O comprimento do cateter duplo J ofertado.  Após diligência realizada a empresa manifestou-se via chat conforme transcrição a seguir " <i>Sr. Pregoeiro (a), boa tarde, informo que as informações solicitadas estão descritas na proposta enviado junto aos documentos de habilitação, estamos anexando novamente apenas a proposta, estaremos á disposição para demais esclarecimentos</i> " - SEI 25381002. Na documentação apresentada, há a descrição "6FR X 26cm"; edital exige "comprimento 28 cm".  Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.	
37	909502 - EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGACAO CONTINUA EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGAÇÃO VESICAL CONTÍNUA NO TRANSOPERATÓRIO, TUBO DE PVC	PC	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SEROAR	De acordo	81479110009 - registro vigente, confirmado no Portal ANVISA	-----	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada.

CRISTAL, 4 PONTAS INTRODUTORAS PERFUROCORTANTES PARA ADAPTAÇÃO AOS FRASCOS DE SORO, TAMPA PROTETORA, PINÇA PLÁSTICA CORTA FLUXO, UNIÇÃO EM PVC ANELADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							Haverá a necessidade de apresentar amostras.
--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 08/05/2025, às 10:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25389186** e o código CRC **B0B9942B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.023330-2

25389186v7