

OFÍCIO SEI Nº 28688491/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 06 de março de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 454/2025.

Objeto: Aquisição de instrumentais cirúrgicos para atendimento às demandas do Hospital Municipal São José.

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao Memorando SEI n. 28642769/2025 - SAP.LCT, segue análise técnica dos itens ofertados:

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtd. ofertada	Fornecedor	Marca	Análise Técnica
1	43176 - PINÇA KOCHER RETA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	1	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Golgran	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme páginas 8 a 23 do Anexo SEI n. 28635004. Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras.
2	43175 - PINÇA KOCHER CURVA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	1	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Golgran	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme página 8 a 23 do Anexo SEI n. 28635004. Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras.
3	43177 - PINÇA KELLY RETA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	1	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Golgran	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento ofertado é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 18cm - Edital: 20cm).
4	43178 - PINÇA KELLY CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	1	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Golgran	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento ofertado é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 18cm - Edital: 20cm).
5	43179 - PINÇA ALLIS 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	1	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	FUTURE	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado n° do certificado de registro do produto na Anvisa, comprovado no Portal da

					ANVISA . Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras.
7	43878 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA 30 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420	Unidade	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Golgran	Solicitamos que seja realizada diligência junto a proponente, visto que não encontramos informações do modelo ofertado (175-13 COM WIDEA) no catálogo presente no Anexo SEI n. 28635004
8	43180 - TESOURA DE MAYO CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	FUTURE	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento do item ofertado é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 19cm - Edital: 20cm).
9	43181 - TESOURA DE MAYO RETA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	FUTURE	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento do item ofertado é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 19cm - Edital: 20cm).
10	43182 - TESOURA DE METZEMBAUM RETA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	FUTURE	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado n° do certificado de registro do produto na Anvisa, comprovado no Portal da ANVISA . Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras.
11	43183 - TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	FUTURE	Solicitamos que seja realizada diligência junto a proponente, visto que não encontramos informações do modelo ofertado (HI 108-2850) no catálogo presente no Anexo SEI n. 28634683
12	43184 - TESOURA DE METZEMBAUM RETA 30CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ABC	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme página 18 do Anexo SEI n. 28635004. Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras.
13	43185 - TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 30 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ABC	Solicitamos que seja realizada diligência junto a proponente, visto que não encontramos informações do modelo ofertado (0895) no catálogo presente no Anexo SEI n. 28635004
14	43186 - PINÇA DENTE DE RATO 18CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	FUTURE	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado n° do certificado de registro do produto na Anvisa,

					comprovado no Portal da ANVISA . Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras.
15	43187 - PINÇA ANATÔMICA 18CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	FUTURE	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado n° do certificado de registro do produto na Anvisa, comprovado no Portal da ANVISA . Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras.
16	43188 - PINÇA FOERSTER (ANEL/CORAÇÃO) SERRILHADA CURVA 25CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ABC	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento do item ofertado é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 24cm - Edital: 25cm).
25	14171 - PINÇA ENDOSCOPICA TIPO KELLY PINÇA ENDOSCOPICA TIPO KELLY, CURVA, PARA DISSECCAO E APREENSAO ROTATORIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COMPRIMENTO 36CM E DIAMETRO DE 5MM, CONSTITUIDA DE CABO, TUBO E HASTE. AUTOCLAVAVEL.	Peças	RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento do item ofertado é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 33cm(pág 6 do anexo 28687651) - Edital: 36cm).
27	25209 - PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO MARYLAND, PARA USO EM CIRURGIA LAPAROSCÓPICA TIPO PONTA CURVA, SEM CREMALHEIRA; MEDIDAS: COMPRIMENTO DA PONTA DE 2 A 3 CM E COMPRIMENTO DA HASTE DE 30 A 36 CM	Peças	RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA	Solicitamos que seja realizada diligência junto a proponente, visto que não encontramos informações do modelo ofertado (101.013A), que comprovem o tamanho da ponta exigido em edital.
28	25210 - PINÇA ENDOCLINCH DUPLA AÇÃO MANDIBULAR 05 MM x 360 MM, COM CREMALHEIRA E TRAVA.	Unidade	RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento do item ofertado é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 33cm(pág 6 do anexo 28687651) - Edital: 36cm).
30	13944 - CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA, COMPRIMENTO MINIMO DE HASTE 36CM	UNID	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - LPKJ0101	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento da haste ofertada é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 33cm - Edital: 36cm).
35	14850 - AGULHA DE VERRES PARA PNEUMOPERITONIO AGULHA DE VERRES PARA PNEUMOPERITONIO	Peças	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa,

	COMPRIMENTO 12 à 15 CM REPROCESSÁVEL.		LTDA	OS LTDA - LV12	conforme página 149 e 150 do Anexo SEI n. 28634501. Para este item a empresa deverá apresentar 1 (uma) amostra.
--	--	--	------	-------------------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 06/03/2026, às 16:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28688491** e o código CRC **9912E4B9**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.217124-0

28688491v2