

**ANÁLISE SEI Nº 0024841419/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 17 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 23/2025****ITEM 09 - 29030 - LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22 A 30 G**

DESCRIÇÃO	29030 - LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22 A 30 G DISPOSITIVO PERFURANTE PARA PUNÇÃO DIGITAL, (OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR), USO ÚNICO, ESTÉRIL, AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, MEDIDAS: DE 22 G A 30 G X 1,6 MM A 2,0 MM DE PROFUNDIDADE; PONTA TRIFACETADA, SILICONADA, ACOPLACADA A LANCETADOR DESCARTÁVEL, SISTEMA SEGURO E DE FÁCIL MANUSEIO, RETRÁTIL, ERGONÔMICO, ACIONADO POR CONTATO, MECANISMO PRÓPRIO DISPENSADO USO DE LANCETADORES E USO DE FORÇA AO ACIONAMENTO GARANTINDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, E BULA E REG.MS/ ANVISA, EM CONFORMIDADE COM NR 32. APRESENTAÇÃO EM CX COM MÁXIMA 200 PECAS
FORNECEDOR	CHECK SAFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA
MARCA	OK Biotech
REGISTRO ANVISA	80867159005
LOTE	24043055
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	01 caixa com 100 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA.**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 17/03/2025, às 11:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024841419** e o código CRC **5CFD7879**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.287959-3

0024841419v4