

MEMORANDO SEI Nº 30705768/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 28 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 441/2026 e Portal de Compras do Governo Federal nº 5/2026.

Objeto: Aquisição de camas hospitalares, macas avançadas, colchões e colchonetes.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30682855 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de site (print de tela)	Parecer
1	46786 - CAMA HOSPITALAR ADULTO - COM LEITO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; - CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDA EM POLIURETANO INJETADO, POLIPROPILENO OU FIBERGLASS; - COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 3" POLEGADAS, SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTAS DIAGONALMENTE; - COM EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS EXECUTADOS POR 3 MANIVELAS POSSIBILITANDO AS SEGUINTE POSIÇÕES NO MÍNIMO: FOWLER, TRENDELEMBURG OU ELEVÇÃO DO LEITO E ELEVÇÃO DE CABECEIRA; - COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR, COM MECANISMO DE TRAVA RÁPIDA; - MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (C X L X A): 190 CM X 78 CM X 60 CM; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150 KG; - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU COMP. DE ISENÇÃO; - ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 33; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA	Unidade	LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	LEVITA MODELO: LV 100PU	De acordo	80970290004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém na ficha técnica consta a informação sobre o produto: "imagem meramente ilustrativa"	Para continuidade da análise, tendo em vista a indicação de "imagem meramente ilustrativa" na ficha técnica apresentada, solicitamos que a empresa apresente a imagem real do produto ou confirme se a foto representa, de fato, o produto ofertado, conforme estabelecido no edital: 8.10.2 - Para todos os itens, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: (...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição

	ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 12 CM, LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DA CAMA OFERTADA; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.						técnica, imagem do produto ofertado.	
2	46537 - CAMA HOSPITALAR PARA PACIENTES OBESOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PARA PACIENTES OBESO; - MOVIMENTOS: DEVE REALIZAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: FOWLER, CARDÍACO, ELEVÇÃO DO LEITO E ELEVÇÃO DE CABECEIRA; - OS MOVIMENTOS DEVEM SER CONTROLADOS POR MEIO DE CONTROLE REMOTO A FIO E/OU ACOPLADO NAS GRADES LATERAIS OU PESEIRA; - COMANDO MECÂNICO E INSTANTÂNEO QUE RETORNA O LEITO NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM CASOS DE ATENDIMENTO DE PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS; -LEITO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO PERFURADAS REVESTIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; - BASE ESTRUTURAL EM TUBO AÇO RETANGULAR MÍNIMO DE 30 X 50 MM COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; - GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES, CONFECCIONADAS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DOTADO DE DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO RÁPIDO (SEM NECESIDADE DE ROSQUEAR PARAFUSO) E COM ESPAÇAMENTO QUE EVITE ESMAGAMENTO DOS DEDOS; -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS EM PEAD; -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V; -CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT (2P+T); - GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4; -	Unidade	V. DE MELO A. NEGOCIOS	Salutem	Apresentou descrição resumida do item.	81871110001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém a ficha técnica descreve "com elevação manual" e o edital exige "cama hospitalar elétrica".	O edital exige "cama hospitalar elétrica" e a empresa ofertou "cama hospitalar manual". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

PROTETORES CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; - POSSUIR NO MÍNIMO 2 SUPORTES PARA BOLSAS COLETORAS (1 EM CADA LADO DA CAMA), FIXADOS NA PARTE CENTRAL DO LEITO; - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SUPORTE DE SORO PARA FIXAÇÃO NA PRÓPRIA CAMA E NO MÍNIMO 2 LOCAIS DIFERENTES PARA COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE SORO; - POSSUIR 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, NO MÍNIMO; -FREIOS SITUADOS EM PELO MENOS DOIS RODÍZIOS; - DIMENSÕES: -LARGURA TOTAL: NO MÁXIMO 1.200 MM; -LARGURA ÚTIL: NO MÍNIMO 900 MM - COMPRIMENTO TOTAL: NO MÍNIMO 2.100 MM - COMPRIMENTO ÚTIL: NO MÍNIMO 1.900 MM - ALTURA: VARIAÇÃO NO MÍNIMO DE 600 A 800 MM -CAPACIDADE DE CARGA TOTAL: NO MÍNIMO 250 QUILOS. - ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 45; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA). O COLCHÃO DEVE POSSUIR LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DA CAMA OFERTADA; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.							
18624 - CARRO MACA AVANÇADO RADIOTRANSARENTE - COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, BASE REVESTIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE FACILITE A LIMPEZA; - OPERAÇÃO QUE OPERE EM SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL; - LEITO RADIOTRANSARENTE COM SISTEMA PARA ACOPLAMENTO DE CHASSIS DE RAIO-X; ARTICULÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO LEITO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA, PERNAS E TRENDELEMBURG, PELO MENOS. - GRADES LATERAIS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. - PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A							O item ofertado pela empresa

3	VOLTA. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. - HASTE DE SORO INOX COM NO MÍNIMO 2 GANCHOS. - RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 120 MM, COM SISTEMA DE FREIOS. - MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (INTERNA) 180 CM X 60 CM (C X L); ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 60 CM E 90 CM PELO MENOS; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150 KG. - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU COMP. DE ISENÇÃO; - ACOMPANHA COLCHONETE CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 28; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 8 CM, LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DO CARRO MACA OFERTADO. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Unidade	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDI-SAUDE MODELO: MS-04.007	Proposta descreve "altura ajustável entre 67cm e 104cm"	80881050003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou, porém a proposta descreve "altura ajustável entre 67cm e 104cm" e o edital exige "altura ajustável entre 60 cm e 90 cm pelo menos". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.	apresenta "altura ajustável entre 67cm e 104cm" e o edital exige "altura ajustável entre 60 cm e 90 cm pelo menos". Ou seja, o item ofertado não atende a exigência de rebaixamento do leito até pelo menos 60 cm do chão. Para continuidade da análise, tendo em vista a indicação de "imagem referencial" na ficha técnica apresentada, solicitamos que a empresa apresente a imagem real do produto ou
	47206 - CARRO MACA SIMPLES - PROJETADO PARA O TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA - BASE EM TUBOS DE AÇO COM AS SEGUINTEES MEDIDAS MÍNIMAS: DIÂMETRO 1 1/4" X ESPESSURA 1,5 MM; - A ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA POR UM CHASSI SUPERIOR QUE SUSTENTE O LEITO E UM CHASSI INFERIOR QUE ACOMODE OS RODÍZIOS, CONECTADOS POR PÉS REFORÇADOS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE; - TODAS AS CONEXÕES DA ESTRUTURA DEVEM SER SOLDADAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR CANTOS VIVOS OU REBARBAS. - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) NA COR BRANCA. LEITO - LEITO FIXO À ESTRUTURA (NÃO ACEITA-SE COLCHONETE AVULSO); - CONFECCIONADO EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 MM, DIVIDIDO EM 2 SEÇÕES (CABECEIRA E LEITO							

4	PRINCIPAL); DIMENSÕES: 190 CM X 60 CM X 80 CM (C X L X A), ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/-5 CM; - CABECEIRA REGULÁVEL EM DIFERENTES POSIÇÕES, POR MEIO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA OU PISTÃO A GÁS; - REVESTIMENTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA DE 28 KG/M³ COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 CM; - REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PONTAS SOLTAS, NA COR PRETA OU AZUL; ACESSÓRIOS E MOBILIDADE - RODÍZIOS: POSSUIR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 5 POLEGADAS; DOIS DOS RODÍZIOS DEVEM POSSUIR TRAVA DIAGONAL PARA FRENAGEM E POSICIONAMENTO SEGURO DA MACA. - GRADES LATERAIS: POSSUIR GRADES LATERAIS DE SEGURANÇA, COM SISTEMA PARA ABAIXAR OU DOBRAR, EM TUBO DE AÇO INOX, COM ALTURA MÍNIMA DE 20 CM ACIMA DO NÍVEL DO COLCHÃO. - SUPORTE DE SORO: ACOMPANHA SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOX; - ALÇAS: POSSUIR ALÇAS OU BARRAS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE E MANUSEIO DA MACA. ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS - PESO SUPORTADO: NO MÍNIMO 150 KG. - REGULAMENTAÇÃO: POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENÇÃO.	Unidade	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	CIRURGICA OURO VERDE Modelo: OV435	Apresentou descrição resumida do item.	81963720007, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém na ficha técnica consta a informação sobre o produto: "<i>imagem referencial</i>". Também não deixa claro a seguinte exigência do edital: leito fixo à estrutura (não aceita-se colchonete avulso).	confirme se a foto representa, de fato, o produto ofertado, conforme estabelecido no edital: 8.10.2 - Para todos os itens, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: (...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. É necessário também que a empresa confirme a seguinte exigência do edital: leito fixo à estrutura (não aceita-se colchonete avulso).
5	46788 - COLCHÃO HOSPITALAR PARA PACIENTES OBESOS - CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 45; - REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. - DIMENSÕES: LARGURA: 95 A 125 CM;	Unidade	LICITARE LICITACAO LTDA	ECOESPUMA ECO MAXX	De acordo	Isento	Apresentou a ficha técnica do item, porém não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Sem recortes, soldada eletronicamente; 2. Com 02 ilhoses e zíper reforçado na costura, localizado na extremidade distal (peseira), sem viés ou debruns;	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende as seguintes exigências do edital, que não estão especificadas na ficha técnica apresentada: 1. Revestimento sem recortes, soldada eletronicamente; 2. Com 02 ilhoses e zíper reforçado na costura, localizado na extremidade distal (peseira), sem viés ou

	COMPRIMENTO: 190 CM A 210 CM; ALTURA MÍNIMA 15 CM; - EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS; - POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.						3. O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos; 4. Possuir certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações.	debruns; 3. O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos; 4. Possuir certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações.
6	46789 - COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO INFANTIL - CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO; DENSIDADE MÍNIMA 28; - REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE. - DIMENSÕES: LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 150 CM; ALTURA MÍNIMA 10 CM; - EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS; - POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Unidade	LICITARE LICITACAO LTDA	ECOESPUMA ECO LIGHT	De acordo	Isento	Apresentou a ficha técnica do item, porém não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Sem recortes, soldada eletronicamente; 2. Medidas: 150x60x10cm (ficha descreve 1150 x60x10cm); 3. O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos; 4. Possuir certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações.	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende as seguintes exigências do edital, que não estão especificadas na ficha técnica apresentada: 1. Revestimento sem recortes, soldada eletronicamente; 2. Medidas: 150x60x10cm (ficha descreve 1150 x60x10cm); 3. O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos; 4. Possuir certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações.
7	46832 - COLCHONETE PARA CARRO MACA AVANÇADO ADULTO - CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 28; - REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. - DIMENSÕES: LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 180 CM; ALTURA MÍNIMA 5 CM; - EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS; - POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Unidade	LICITARE LICITACAO LTDA	ECOESPUMA ECO LIGHT	De acordo	Isento	Apresentou a ficha técnica do item, porém não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Sem recortes, soldada eletronicamente; 2. Zíper reforçado na costura, localizado na extremidade distal (peseira), sem viés ou debruns; 3. O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos; 4. Possuir certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações.	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende as seguintes exigências do edital, que não estão especificadas na ficha técnica apresentada: 1. Revestimento sem recortes, soldada eletronicamente; 2. Zíper reforçado na costura, localizado na extremidade distal (peseira), sem viés ou debruns; 3. O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos; 4. Possuir certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações.
								Apresentou

8	23728 - Colchonete para Ginástica Densidade 18 ou maior, revestido com courvin e preenchido com espuma. Dimensões: 100 x 60 x 03 cm.	Unidade	OUROFLEX COMERCIAL LTDA	OUROFLEX	De acordo	Isento	Apresentou prospecto com diversos modelos, incluindo o modelo com as especificações exigidas no edital.	prospecto com diversos modelos, incluindo o modelo com as especificações exigidas no edital. Proposta de acordo com o edital, classificada.
---	--	---------	-------------------------	----------	-----------	--------	---	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 31/08/2026, às 10:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30705768** e o código CRC **E0856F1F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.165745-0

30705768v28