

**MEMORANDO SEI N° 0019612053/2023 - HMSJ.SUP.OPME**

Joinville, 21 de dezembro de 2023.

À  
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 441/2023 - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos do Hospital Municipal São José.

<b>EMPRESA</b>	<b>DOCUMENTO SEI N°</b>
JUSIMED - item 8	0019525934 - REPROVADO

Protocolo de amostras:

JUSIMED - 0019525890

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 03/01/2024, às 10:38, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019612053** e o código CRC **994F3073**.

---

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.214297-1

0019612053v6

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
8	30075 - CATETER 6F DE ASPIRAÇÃO DISTAL CATETER 6F INTERMEDIÁRIO PARA ACESSO NEUROVASCULAR - CATETER GUIA 6F COM PONTA DISTAL SUPER FLEXÍVEL PARA ACESSO DISTAL EM ARTÉRIAS INTRACRANIANAS, FORNECENDO GRANDE ESTABILIDADE AO SISTEMA COAXIAL. CATETER GUIA ARAMADO COM FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA. POSSUI DIÂMETRO EXTERNO DE 6F COM CALIBRE LUMINAL MÍNIMO DE 0.068" E DISPONIBILIDADE DE TAMANHOS ENTRE 95CM A 140 CM, COM PONTA RETA OU CURVA: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 441/2023 SEI: 23.0.214297-1

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: U-TRACK / MICROPORT

FORNECEDOR: JUSIMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81667100055

LOTE: 21040005 e 21030006

FABRICANTE: U-TRACK / MICROPORT

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM:  Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_


### CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? ( ) SIM

NÃO MOTIVO: O MATERIAL APRESENTOU BAIXA NAVEGABILIDADE,

NÃO SENDO POSSÍVEL O ACESSO INTRACRANIAL,

INVIAIBILIZANDO A PRINCIPAL FUNÇÃO DO CATETER.

  
EDRO V. AGUIAR COM 12550

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 03/01/24