



---

**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 264/2025  
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL Nº 90264/2025**

**Objeto:** Aquisição de Sistema Integrado de Videocirurgia para o Hospital Municipal São José

**ESCLARECIMENTO:**

**Recebido em 09 de junho de 2025 às 17h 15min (documento SEI nº 25743011).**

**8º Questionamento:** *"ENDOSCÓPIO RÍGIDO ULTRA HD 4K COMPRIMENTO MÍNIMO DE 310 MM Será aceito endoscópio Ultra HD 4k com comprimento de 305mm, medida que não interfere o bom funcionamento e principalmente flexibilidade durante o procedimento?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da Secretaria requisitante do processo, através do Ofício SEI Nº 25778828/2025 - HMSJ.CAOP:

**R:** Os endoscópios rígidos são usados nos procedimentos cirúrgicos em conjunto com alguns instrumentais, temos hoje nesta instituição os instrumentais padronizados para endoscópio de no mínimo 310 mm. A diferença de 5 mm pode parecer pequena, mas pode ser suficiente para que os instrumentos não encaixem corretamente no endoscópio, ou para que o instrumento não consiga chegar à área desejada no paciente. Desta forma não será aceito a dimensão de 305mm.

**9º Questionamento:** *"FONTE DE LUZ COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR DESCONEXÃO ACIDENTAL. Oferecemos fonte de luz com trava de segurança interna conforme conexão do cabo para impedir a desconexão acidental, será aceita?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da Secretaria requisitante do processo, através do Ofício SEI Nº 25778828/2025 - HMSJ.CAOP:

**R:** O termo de referência não especifica qual o sistema de segurança (interno ou externo), somente solicita que ele exista. Neste caso, como há a existência de uma trava mesmo sendo interna, será aceita.

**10º Questionamento:** *"SISTEMA INSUFLADOR DE CO2 PRESSÃO MÁXIMA ATÉ 30MMHG. Será aceito sistema com pressão controlável de 25mmHg, considerando os riscos cardíacos em pressões superiores?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da Secretaria requisitante do processo, através do Ofício SEI Nº 25778828/2025 - HMSJ.CAOP:

**R:** Apesar de a pressão média de utilização ser de 25MMHG, existem casos onde se faz necessária a aplicação de pressão máxima de 30MMHG afim de expandir a cavidade abdominal, e criar espaço de visualização para o cirurgião. As especificações do equipamento foi pensada de acordo com os equipamentos presentes hoje na instituição, portanto deverá ser fornecido o equipamento de acordo com o descritivo solicitado.

Atenciosamente,

Pregoeira

**Portaria nº 235/2025 - SEI Nº 25687580**



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 12/06/2025, às 16:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25774449** e o código CRC **AC242B71**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.091937-9

25774449v3