

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00284/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade: linear, material grampo: titânio, aplicação : p, tecido espesso, modelo: c, 2 linhas duplas de grampo, largura: cerca 75 mm, esterilidade : estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 205,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G1

2 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico, formato: linear, tipo: cortante, comprimento: cerca de 55 mm, modelo: recarregável, carregado c, grampo titânio, aplicação : p, tecido normal, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 684,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

3 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade: linear, material grampo: titânio, aplicação : p, tecido espesso, modelo: c, 2 linhas duplas de grampo, largura: cerca 60 mm, esterilidade : estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 205,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G2

4 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico, formato: linear, tipo: cortante, comprimento: cerca de 55 mm, modelo: recarregável, carregado c, grampo titânio, aplicação : p, tecido normal, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 961,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G2

5 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico, formato: linear, tipo: cortante, comprimento: cerca de 55 mm, modelo: recarregável, carregado c, grampo titânio, aplicação : p, tecido normal, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 684,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G3

6 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade: linear, material grampo: titânio, aplicação : p, tecido normal, modelo: c, 2 linhas triplas de grampo, largura: cerca 75 mm, esterilidade : estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 205,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G3

7 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter monitorização, uso: arteria pulmonar, aplicação: termodiluição, quantidade vias: 4 vias, tamanho: 7 french, comprimento: 110 cm, esterilidade: estéril, uso único, material: polímero radiopaco, componentes: c, sistema introdutor, componente i: kit c, fio guia e dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 450,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G4

8 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: aramada, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 60 cm, componente 3: c, fio guia ponta curva, diâmetro fio guia: 0,032", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 210,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G4

9 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico circular intraluminal, formato corpo: curvo, material grampo: titânio, diâmetro grampo: cerca de 21 mm, esterilidade : estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 836,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

10 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico circular intraluminal, formato corpo: curvo, material grampo: titânio, diâmetro grampo: cerca de 25 mm, esterilidade : estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 771,08

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

11 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico circular intraluminal, material grampo: titânio, diâmetro grampo: cerca de 28 mm, esterilidade : estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 771,08

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

12 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico circular intraluminal, formato corpo: curvo, material grampo: titânio, diâmetro grampo: cerca de 32 mm, esterilidade : estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 817,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

13 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico, formato: linear, tipo: articulado, comprimento: cerca de 55 mm, modelo: recarregável, carregado c, grampo titânio, aplicação : p, tecido normal, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 815,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

14 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico, formato: linear, comprimento: cerca de 30 mm, modelo: recarregável, carregado c, grampo titânio, aplicação : p, tecido normal, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 893,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

15 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador cirúrgico, formato: linear, comprimento: cerca de 60 mm, modelo: recarregável, carregado c, grampo titânio, aplicação : p, tecido espesso, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 660,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

16 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: cerca de 13 french, comprimento: cerca de 50 cm, componente i: kit c, fio guia, dilatador e agulha, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 482,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

17 - Prótese para pé

Descrição Detalhada: Prótese para pé, uso: adulto, nível amputação: chopart, tipo de pé: pé dinâmico, material pé: fibra de carbono, tipo revestimento: laminado, acabamento natural, tipo encaixe: com tutor tipo goteira, tipo apoio: com apoio tendão patelar, acessórios: par de calçados, tamanho: sob medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 751,99

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

18 - Matriz regeneração dérmica

Descrição Detalhada: Matriz regeneração dérmica, material: colágeno e condroitina 6-sulfato, composição: camada externa semipermeável de silicone, formato: folha, dimensões: 10 x 12,5 cm, características adicionais: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Seringa 6,00 ML

Valor Unitário (R\$): 54,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

19 - Tela cirúrgica

Descrição Detalhada: Tela cirúrgica, modelo: implantável, material: polipropileno + poliglicaprone, aplicação: parcialmente absorvível, dimensões: cerca de 15 x 15 cm, esterilidade: estéril, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 125,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

20 - Tela cirúrgica

Descrição Detalhada: Tela cirúrgica, modelo: implantável, material: polipropileno + poliglicaprone, aplicação: parcialmente absorvível, dimensões: cerca de 15 x 15 cm, esterilidade: estéril, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 102,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

21 - Tela cirúrgica

Descrição Detalhada: Tela cirúrgica, modelo: implantável, material: polipropileno + poliglicaprone, aplicação: parcialmente absorvível, dimensões: cerca de 35 x 30 cm, esterilidade: estéril, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 150,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

22 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 4 fr, vias: duplo lúmen, lúmen: 20 gau, comprimento: cerca 15 cm, tipo fixação: fixação subcutânea, conector: conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 94,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

23 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 7 fr, vias: duplo lúmen, lúmen: 14 a 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, componente ii: revestido c, antimicrobiano, antifúngico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 100,15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (700)

24 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: temporário, modelo: triplo lúmen, reto, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca de 12 french, comprimento: cerca de 15 cm, componente i: kit c, fio guia, dilatador e agulha, componente iii: clamps c, cores distintas, características adicionais i: conectores c, tampa, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 252,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

25 - Prótese peniana

Descrição Detalhada: Prótese peniana, tipo: maleável, modelo: articulável, materia prima: elastômero de silicone grau médico, tipo estrutura: haste interna de prata, componente: 2 cilindros, diâmetro: cerca de 10 a 15 mm, comprimento: cerca de 10 a 25 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.253,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

26 - Implante testicular

Descrição Detalhada: Implante testicular, materia prima: elastômero de silicone grau médico, tipo preenchimento: preenchido c, silicone gel, volume: 45 a 50 ml, componente adicional: c, alça de fixação e sutura, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 627,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

27 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado c, colágeno bovino, modelo: reto, valvado, porosidade: baixa porosidade, diâmetro: diâmetro 21 mm, comprimento: 12 cm, tipo uso: uso único, estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 623,63

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

28 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt, aplicação : coronária, materia prima: polímero, diâmetro : cerca de 2,25 mm, esterilidade : descartável, estéril, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 567,58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

29 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno cirúrgico, modelo: tubular, material: silicone, calibre: 10 french, componente: introdutor em aço inoxidável, componente adicional: c, reservatório graduado - pressão negativa, volume: cerca de 600 ml, conector universal: c, conector duplo, componente i: c, válvula antirrefluxo e extensor c, clamp, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 834,01

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

30 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno cirúrgico, modelo: tubular, material: silicone, calibre: 10 french, componente: introdutor em aço inoxidável, componente adicional: c, reservatório graduado - pressão negativa, volume: cerca de 600 ml, conector universal: c, conector duplo, componente i: c, válvula antirrefluxo e extensor c, clamp, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 834,01

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

31 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno cirúrgico, modelo: tubular, material: silicone, calibre: 10 french, componente: introdutor em aço inoxidável, componente adicional: c, reservatório graduado - pressão negativa, volume: cerca de 600 ml, conector universal: c, conector duplo, componente i: c, válvula antirrefluxo e extensor c, clamp, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 834,01

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

32 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto drenagem, aplicação: percutânea, multipropósito, componente: cateter polímero ponta pigtail, dimensões: cerca de 8 fr x 25 cm, componente 1: estilete e fio guia, adicionais: marcas radiopacas, opcionais: com sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 525,02

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

33 - Sistema de derivação

Descrição Detalhada: Sistema de derivação, modelo: lombar externa - dle, adicionais: radiopaco, tipo cateter: cateter lombar de silicone, componente 1: sistema fechado c, conectores, câmara graduada, componente 2: bolsa coletora, opcionais: conjunto introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 525,02

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

34 - Clipador

Descrição Detalhada: Aplicador de clipe, aplicação : p, videocirurgia, modelo : carregado - clip titânio, quantidade: c, cerca de 15 cliques, tamanho : tamanho médio largo, haste: haste giratória, comprimento haste: comprimento cerca de 35 cm, diâmetro haste: diâmetro cerca de 5 mm, tipo uso : estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

35 - Dispositivo de reconstrução ligamentar

Descrição Detalhada: Prótese para ligamento, tipo: placa tipo botão, formato: retangular, material: titânio, componentes adicionais: c, fio de polietileno e poliéster trançado montado, tipo uso: uso único, estéril, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 361,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

36 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "h", quantidade furos: 12 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 1,7 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 81,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

37 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha, material: aço inoxidável, aplicação: introdutora p, fio guia até 0,038", tipo ponta agulha: trocar, dimensões: cerca de 19 g x 20 cm, adicional: c, cateter ptfe, tipo uso: descartável, estéril, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

38 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão dilatação, aplicação: ureteral, material: polímero, dimensão balão: 5 x 60 mm, comprimento do cateter: cerca de 75 cm, acessórios: ponta afilada, adicionais: c, 2 marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 926,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

39 - Cateter vias urinárias

Descrição Detalhada: Cateter vias urinárias, uso: urografia retrógrada, tipo ponta: ponta reta aberta, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 70 cm, adicionais: radiopaco, opcionais: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

40 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio guia, aplicação: não vascular, material: nitinol, revestimento: politetrafluoretileno - pte, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 145 cm, tipo ponta: ponta em "j", características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 150,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

41 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: amplatz - ar2, dimensões: cerca de 8 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

42 - Elemento trabalho

Descrição Detalhada: Elemento trabalho, tipo ação: ação ativa, tipo suporte: suporte móvel, movimento eletrodo p, frente, componentes: alça de ressecção angulada, eletrodo esférico 3mm, outros componentes: 1 eletrodo agulha, 2 cabos alta frequência, aplicação: p, camisa endoscópica 8mm, endoscópio 4mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 350,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

43 - Elemento trabalho

Descrição Detalhada: Elemento trabalho, tipo ação: ação ativa, tipo suporte: suporte móvel, movimento eletrodo p, frente, componentes: alça de ressecção angulada, eletrodo esférico 3mm, outros componentes: 1 eletrodo agulha, 2 cabos alta frequência, aplicação: p, camisa endoscópica 8mm, endoscópio 4mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 400,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

44 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema extrator, material: nitinol, tipo: cesta c, 4 fios, dimensões: 2 x 4 cm, comprimento: cerca de 200 cm, compatível: c, canal endoscópico de 2,8mm, aplicação: p, calculos, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 600,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Carga para grampeador cirúrgico	800	Unidade
2	Grampeador cirúrgico	400	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Carga para grampeador cirúrgico	100	Unidade
4	Grampeador cirúrgico	50	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Grampeador cirúrgico	300	Unidade
6	Carga para grampeador cirúrgico	600	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Cateter monitorização	100	Unidade
8	Introdutor percutâneo	100	Unidade