



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0015493043/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 09 de janeiro de 2023.

À SAP.LCT

Em atendimento aos Memorandos SAP.LCT SEI nº 0015235385 e SEI nº 0015261994, encaminhamos análise técnica complementar:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Empresa	Marca	10.6 K- Alvará Sanitário	10.6 L- AFE	8.9.1- Registro Anvisa	Comodato (Itens 1, 21, 22, 23, 24 e 41)	8.9.2 Ficha Técnica	PARECER
30	21980 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	PACKFLEX	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás informações importantes para a análise do item ofertado. Solicitamos que a empresa apresente documentação complementar que comprove: 1. QUE O ITEM POSSUI INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO; 2. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M²; 3. FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M².
31	21981 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 80MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE,	Rolo	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	CIEX	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	A ficha técnica apresentada trás somente o nome e uma imagem do produto, não trazendo informações importantes para a análise do item ofertado. Solicitamos que a empresa apresente documentação complementar que comprove: 1. QUE O ITEM POSSUI INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO; 2. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M²;

	REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.									3. FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M².
34	21984 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	CIEX	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás informações importantes para a análise do item ofertado. Solicitamos que a empresa apresente documentação complementar que comprove: 1. QUE O ITEM POSSUI INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO; 2. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M²; 3. FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M².
35	21985 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	CIEX	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás informações importantes para a análise do item ofertado. Solicitamos que a empresa apresente documentação complementar que comprove: 1. QUE O ITEM POSSUI INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO; 2. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M²; 3. FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M².
37	21987 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL	Rolo	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	O edital exige filme com gramatura mínima de 54 g/m2 e na ficha técnica é indicado 52 g/m2. Proposta reprovada pelo item não atender as especificações mínimas do edital.

	VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.									
40	21700 - TESTE DESAFIO TIPO HELIX PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR A BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO(VBTF) TESTE DESAFIO TIPO HELIX PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR A BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO(VBTF), SERÁ UTILIZADO PARA MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES E PARÂMETROS DA ESTERILIZAÇÃO EM CADA CICLO/LOTE. O HELIX PERMITE AVALIAR A REMOÇÃO DO AR E A PENETRAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE EM MATERIAIS CANULADOS OU COM CAVIDADES E INSTRUMENTAIS COM LUMENS.	Unidade	STERICONTROL LTDA	STC Código: STC-H300	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	Proposta de acordo, aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 09/01/2023, às 13:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015493043** e o código CRC **E3E62C63**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.317829-3

0015493043v3