



MEMORANDO SEI Nº 0024661370/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de fevereiro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 012/2025.

Objeto: Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024609168), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de site (print de tela)	Parecer
13	13464 - COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO, 188 CM X 80 CM X 4 CM (COMP X LARG X ALT) COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO PARA USO HOSPITALAR, DENSIDADE 33, EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, COR CLARA, DIMENSÕES: 188CM COMPRIMENTO 80 CM DE	Pç.	MULTIFOAM DO BRASIL LTDA	MULTIFLEX	De acordo	Não apresentou. A empresa anexou à proposta a "Cartilha de notificações em tecnovigilância";	Apresentou	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente o

	LARGURA, COM PIRAMIDE DE NO MINIMO 04 CM DE ALTURA. (DA BASE ATE A PONTA) , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REFERENCIA DA DENSIDADE DO COLCHÃO.				em tal cartilha, pág. 7, na "relação de produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro), consta o item 14- Colchão hosopitalar para prevenção, tratamento ou reabilitação, indicando que o item é regulado pela Anvisa.	registro do produto junto à Anvisa.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/02/2025, às 14:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024661370** e o código CRC **C963C7F0**.