



MEMORANDO SEI Nº 0024783839/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de março de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 0024774347 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE- Para os itens 38 , 39/40, 41	8.10 c) Prospeção, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
29	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO	Unidade	TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA	PREVEMAX	Apresentou descrição resumida	82232090001- Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado: 1- Que a empresa confirme que o item atende as seguintes exigências: 1.1- Com filme impermeável; 1.2- Gramatura igual ou superior a 40 g/m2; 1.3- Altura mínima de 110 cm; 1.4- Largura mínima de 150 cm; 2- Que a empresa apresente a documentação técnica do produto. No retorno, a empresa apresentou ficha técnica do item ofertado. No documento consta as medidas "115 x 140", porém, o edital exige "altura 110 cm x largura 150 cm".

	MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO MS/ ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA.								Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
66	918020 - GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO COM GRAMATURA DE 30 G / M2, ANTIALERGICO, NA COR BRANCO, VENTILACAO ADEQUADA, FORMATO ANATOMICO, ELASTICO DUPLO. EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LAVIE	De acordo	82904230001- Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou. Prospecto descreve "Gramatura TNT: 08g/ m², 10g/m², 12g/m², 15g/m², 20g/m², 25g/m² e 30 g/m²".	----- Na análise preliminar, foi indicado "Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: com gramatura de 30g/ m2." No retorno, a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou " <i>Bom dia, senhor pregoeiro, nosso item atende sim o descritivo do edital.</i> " Proposta de acordo com o edital, classificada.
67	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M², TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	UNID	BEM MED HOSPITALAR LTDA	FLEXPELL	De acordo	Isento	-----	Apresentou.	----- Na análise preliminar, foi indicado "Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: com gramatura de 30g/ m2." No retorno, a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou " <i>Entramos em contato com o fornecedor; e o mesmo informou que existe esta oscilação de 28 a 30g/m². Somente 30g/m² sem variação, não possui.</i> " Considerando a manifestação da empresa, a

										proposta está reprovada.
78	29033 - SAPATILHA DESCARTAVEL TAMANHO 36 A 42 CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO DE POLIPROPILENO 20 G/M2, RESISTENTE, BORDAS DE CORTE BEM DEFINIDAS, SEM DESFIAMENTO DO TECIDO, COSTURAS DAS EMENDAS BEM ACABADAS, REFORCADAS, EVITANDO RASGAR, TAMANHO ADEQUADO PROTEGENDO OS SAPATOS DENTRO DA SAPATILHA, EM PACOTES COM 100 UNIDADES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Unidade	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	LAVIE	De acordo	81358060001-Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou.	-----	Na análise preliminar, foi indicado "Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: Gramatura 20 g/m ² e Fornecido em pacote com 100 unidades." No retorno, a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou "o produto atende ao edital, conforme solicitado pacote com 100 unidades 20g". Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/03/2025, às 14:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024783839** e o código CRC **8EF73C92**.