



MEMORANDO SEI Nº 0024875456/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 012/2025.

Objeto: Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0024855710, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Empresa	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 . Prospecto, ficha técnica ou print de tela	Parecer
LOTE 1 1	909402 - RESERVATORIO DE O2 P/REANIMADOR MANUAL ADULTO (SIL RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE.	PC	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	JG Moriya	De acordo	10349590067, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Na análise preliminar, foi solicitada a apresentação do exigido em edital: 8.10.2 . Prospecto, ficha técnica ou print de tela. No retorno a empresa apresentou o documento SEI nº 0024855561. Solicitamos que a empresa informe: 1- O reservatório ofertado é compatível com o ressuscitador O2 adulto ofertado para o item 2?
LOTE 1 2	910447 - RESSUSCITADOR O2 ADULTO SILICONE C/RESERVATORIO RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO - CONSTITUIDO DE: MASCARA FACIAL	PC	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Stra Medical	De acordo	80680259016, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não apresentou	Na análise preliminar, foi solicitada a apresentação do exigido em edital: 8.10.2 . Prospecto, ficha

<p>EM SILICONE, VALVULA UNIDIRECIONAL COM MECANISMO INTERNO EM SILICONE, BALAO DE VENTILACAO EM SILICONE COM VOLUME INTERNO APROXIMADO DE 1500ML, VALVULA DO BALAO RESERVATORIO DE O2 REMOVIVEL EM MATERIAL DE VINIL COM VOLUME DE 2500ML. EXTENSÃO EM PVC COM NO MÍNIMO 1,5 M, COM UMA DAS EXTREMIDADES EM ROSCA PADRÃO VERDE PARA SER CONECTADO DIRETAMENTE NA REDE DE OXIGENIO E NA OUTRA EXTREMIDADE COM BICO SLIP. TODOS OS COMPONENTES DEVERAO SER DESMONTAVEIS, PERMITINDO A LIMPEZA E REPROCESSAMENTO POR ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, COM EXCECAO DO BALAO RESERVATORIO DE O2 E A EXTENSÃO DE OXIGENIO.</p>										<p>técnica ou print de tela. No retorno a empresa apresentou o documento SEI nº 0024855561. Em análise à ficha técnica apresentada, não restou claro o atendimento a todas as exigências do edital. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: 1- Será fornecida máscara facil adulto em silicone? 2- Qual o volume interno do balão de silicone? 3- Qual o volume interno do reservatório?</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/03/2025, às 08:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024875456** e o código CRC **68ACECAF**.

