



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0016119230/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 06 de março de 2023.

À SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 659/2022

Objeto: Aquisição de OPMs - Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José

Em atenção ao memorando SEI 0016035394, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	10.6 k-Alvará Sanitário	10.6 L-AFE	8.9.1- Registro Anvisa	8.9.2- Ficha Técnica	PARECER
29	25348 - CADEIRA DE BANHO 55 CM CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, POSSUINDO ABERTURA FRONTAL; CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA; ACOPLA AO VASO SANITÁRIO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE BRAÇO MÓVEL (ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL OU REMOVÍVEL); APOIO DE PÉS MÓVEL (ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL OU REMOVÍVEL OU RETRÁTIL); FREIO BILATERAL; RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE 5" OU 6" COM PNEUS MACIÇOS; ENCOSTO COM CAPA IMPERMEÁVEL; MANOPLA ANEXA À ESTRUTURA DO ENCOSTO.MEDIDAS DISPONÍVEIS: LARGURA DO ASSENTO 55 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO ENTRE 40 E 46 CM, ALTURA DO ENCOSTO ENTRE 38 E 42. CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA: 120 KG. POSSUIR REGISTO NA ANVISA.	Unidade	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CDS	Válido até 14/01/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA	80917280004, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou ficha técnica, porém constam informações divergentes.	<p>A empresa ofertou item que não atende a medida exigida no edital e difere da medida do fabricante.</p> <p>Na ficha técnica consta 60 cm de largura, no texto da empresa fornecedora consta 55 cm (solicitado no Edital), porém, em visita ao site do fabricante, constatou-se que a cadeira de banho CDS, modelo Banho Max, apresenta 50 cm de largura interna.</p> <p>Proposta Reprovada por não atender as exigências do edital.</p>

43	<p>25025 - CADEIRA DE RODAS RECLINÁVEL ADULTO-TIPO A CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ESTRUTURA MONOBLOCO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS (CONFORMADOS) COM ESTOFAMENTO EM NYLON OU POLIÉSTER ACOLCHOADO, OU NEOPRENE; ENCOSTO RECLINÁVEL EM TRÊS POSIÇÕES INDEPENDENTE DO ASSENTO, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO; SISTEMA DE INCLINAÇÃO TILT; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; APOIO PARA BRAÇOS MÓVEL (REMOVÍVEL OU ELEVÁVEL OU ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL), REGULÁVEL EM ALTURA COM PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA REMOVÍVEL OU DESMONTÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM FAIXA PARA OS PÉS ACOPLADA; CINTO TORÁCICO DE 4 PONTAS MODELO BORBOLETA; RODAS DIANTEIRAS 6" MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS 16" EM NYLON; PNEUS ANTIFURO; RODAS ANTI TOMBO; FERIO BILATERAL; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA. DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MEDIDAS: LARGURAS DO ASSENTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 30/ 35/ 38/ 40/ 42/ 44 CM PROFUNDIDADES DO ASSENTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50 CM ALTURAS DO ENCOSTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA: 70 KG. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. AS MEDIDAS SERÃO INFORMADAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO, APÓS AVALIAÇÃO DO PACIENTE POR PROFISSIONAL HABILITADO.</p>	Unidade	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ORTOMOBIL MODELO TP	Válido até 25/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA	81470860004, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou nova ficha técnica, porém, as medidas do item ofertado pela empresa não atendem ao descritivo do Edital.	<p>Apresentou ficha técnica, porém, conforme análise realizada, as medidas do item ofertado pela empresa não atendem as exigências do Edital nos seguintes pontos:</p> <p>Profundidades do assento solicitadas: 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50 cm</p> <p>Profundidades ofertadas: 25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm</p> <p>Alturas do assento solicitadas: 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55 cm</p> <p>Alturas ofertadas: 25 / 30 / 35 /40 / 45 / 50 cm</p> <p>Inconformidade: não possui as medidas: 50 cm de profundidade de assento e 55 de altura do encosto.</p> <p>Proposta REPROVADA por não atender as exigências do edital.</p>
44	<p>25026 - CADEIRA DE RODAS RECLINÁVEL ADULTO-TIPO B CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ESTRUTURA MONOBLOCO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO;</p>	Unidade	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ORTOMOBIL MODELO: TP	Válido até 25/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA	81470860004, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou nova ficha técnica, porém, as medidas do item ofertado pela empresa não	<p>Apresentou ficha técnica, porém, conforme análise realizada, as medidas do item ofertado pela empresa não</p>

<p>PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS (CONFORMADOS) COM ESTOFAMENTO EM NYLON OU POLIÉSTER ACOLCHOADO, OU NEOPRENE; ENCOSTO RECLINÁVEL INDEPENDENTE DO ASSENTO, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO; SISTEMA DE INCLINAÇÃO TILT; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; APOIO PARA BRAÇOS MÓVEL (REMOVÍVEL OU ELEVÁVEL OU ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL), REGULÁVEL EM ALTURA COM PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA REMOVÍVEL OU DESMONTÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM FAIXA PARA OS PÉS ACOPLADA; CINTO TORÁCICO DE 4 PONTAS MODELO BORBOLETA; RODAS DIANTEIRAS 6" MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS 20" EM NYLON; PNEUS ANTIFURO; RODAS ANTI TOMBO; FERIO BILATERAL; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA. DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MEDIDAS: LARGURAS DO ASSENTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 35 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 CM; PROFUNDIDADES DO ASSENTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 35/ 40/ 45 CM; ALTURAS DO ENCOSTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 50/ 60 CM; CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA: 70 KG. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. AS MEDIDAS SERÃO INFORMADAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO, APÓS AVALIAÇÃO DO PACIENTE POR PROFISSIONAL HABILITADO.</p>							<p>atendem as exigências do edital nos seguintes pontos:</p> <p>Alturas do assento solicitadas: 50/ 60 cm</p> <p>Alturas ofertadas: 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm</p> <p>Inconformidade: não possui a medida: 60 cm de altura do encosto.</p> <p>Proposta REPROVADA por não atender as exigências do edital.</p>	<p>atendem ao descritivo do Edital.</p>
---	--	--	--	--	--	--	---	---

Em atenção ao memorando SEI 0016037640, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	10.6 k- Alvará Sanitário	10.6 L- AFE	8.9.1- Registro Anvisa	8.9.2- Ficha Técnica	PARECER
38	25020 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL – TIPO A CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O	Unidade	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ORTOBRAS MINI K	VÁLIDO ATÉ 13/09/2025	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA	80118040004 Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou ficha técnica de acordo com o descritivo do Edital.	Proposta de acordo, APROVADA.

	<p>ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL, DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEL, RADIADA COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS COM ABAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ PLATAFORMA REBATÍVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; FAIXA PARA APOIO DE PANTURRILHAS. DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MEDIDAS: LARGURA DO ASSENTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 CM ALTURA DO ENCOSTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 25 / 30 / 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA: 70 KG. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. AS MEDIDAS SERÃO INFORMADAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO, APÓS AVALIAÇÃO DO PACIENTE POR PROFISSIONAL HABILITADO.</p>								
39	<p>25021 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL – TIPO B CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL, DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEL, RADIADA COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS COM ABAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ PLATAFORMA REBATÍVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; FAIXA PARA APOIO DE PANTURRILHAS. DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MEDIDAS: LARGURA DO ASSENTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 30 / 33 / 35 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 30 / 33 / 35 CM ALTURA DO ENCOSTO (CM) - POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTE VARIAÇÕES: 30 / 33 / 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA: 70 KG. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. AS MEDIDAS SERÃO INFORMADAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO, APÓS AVALIAÇÃO DO PACIENTE POR PROFISSIONAL HABILITADO.</p>	Unidade	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ORTOBRAS GENESIS	VÁLIDO ATÉ 13/09/2025	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA	80118040004 Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou ficha técnica de acordo com o descritivo do Edital.	Proposta de acordo, APROVADA.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Camila Tavares Nilsen, Servidor(a) Público(a)**, em 17/03/2023, às 17:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 17/03/2023, às 17:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016119230** e o código CRC **23F59D53**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.256925-6

0016119230v13