

MEMORANDO SEI Nº 25630133/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 29 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico **075/2025**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Encaminhamos as informações das amostras já avaliadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
51	916992 - FIO MONONYLO N 2.0 C/ AG. T 3/8 2.5 CM	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX mod. 9828	Amostra aprovada conforme SEI nº 25630123

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 29/05/2025, às 14:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25630133** e o código CRC **03018064**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.219769-7

25630133v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 75/2025

ITEM: 51

916992 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: MEDIX Modelo 9828

LOTE: 240325

REGISTRO (ANVISA): 80495519040

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 03 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Fio de boa qualidade

DATA: 24/05/25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO


Alberto K. Miyamoto
Ortopedia e Traumatologia
CRM - 26706 TEOT 15396