



**MEMORANDO SEI Nº 0023189063/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 15 de outubro de 2024.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 456/2024.

**Objeto:** Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Em atenção ao documento SEI nº 0023107949 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Registro ANVISA	8.10 - b) Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de Site	Amostras?	Parecer
2	13741 - ALGINATO DE CÁLCIO COMPOSTO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, PODENDO CONTER SÓDIO	Pç	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE	VITA MEDICAL	Indicou na proposta medida <b>10</b>	80691910010, Registro Vigente,	Apresentou	Exige	O edital exige medidas mínimas de 15

	E CABOXIMETILCELULOSE, PARA USO AUXILIAR NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E FAVORECIMENTO DE CICATRIZAÇÃO, ESTÉRIL, TAMANHO MÍNIMO DE 15 X 15 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, RESP. TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REG. MS/ ANVISA		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR IMPORTACAO LTDA		<u>cm</u> X 20 cm	confirmado no Portal ANVISA.		X 15 cm, porém, apesar de constar na ficha técnica tamanho que atende o edital, na proposta a empresa indicou a oferta de produto com medidas <b>10 cm</b> X 20 cm. <b>Proposta reprovada.</b>
37	911243 - PELICULA LÍQUIDA SEM ALCOOL ESTERIL EM SPRAY COM SECAGEM RAPIDA - NAO CITOTOXICO, PERMITE PERMEABILIDADE AO OXIGENIO. PODE SER APLICADO SOBRE PELE INTEGRA OU COM LESAO. APRESENTACAO EM FRASCO SPRAY COM NO MÍNIMO 28 ML. CONTENDO: DATA DE VALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E REG. NA ANVISA.	FRC	VUELO PHARMA LTDA	SPRAY BARREIRA / VUELO PHARMA	De acordo	80074780003, Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Exige Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há a necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente, conforme documento SEI nº 9371186

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 15/10/2024, às 10:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023189063** e o código CRC **EE1561A3**.

---

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

24.0.182965-7

0023189063v7