

**MEMORANDO SEI Nº 25989159/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 03 de julho de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.

**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 25957517 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudo BFE-Para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospe to, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostr a	Parecer
18	910805 - ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M NAO ESTERIL ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M - COMPOSTA 100% RAYON, NAO ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Rolo	METROS AUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX	De acordo	8003400025, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada . Não há necessidade de apresentar amostras, marca ofertada já utilizada e aprovada anteriormente, conforme SEI nº 0019826902.
19	909675 - ATADURA GESSADA 10 CM X 3M ATADURA GESSADA MEDINDO 10 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR	Unidade	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E	CREME R	De acordo	80245210070, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada . Não há necessidade de apresentar amostras, marca ofertada já utilizada e aprovada anteriormente, conforme SEI nº 0019826902.

DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE.	CIRURGI COS LTDA			no Portal ANVIS A.			utilizada e aprovada anteriormente, conforme SEI nº 0010403099.
--	------------------------	--	--	-----------------------------	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 04/07/2025, às 11:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25989159** e o código CRC **BOFEB43E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

25989159v11