



MEMORANDO SEI N° 0021128996/2024 - SES.GTO

Joinville, 29 de abril de 2024.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 001/2024.**Objeto:** Aquisição de Periféricos e Instrumentais de Odontologia para a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste, apresentar nossa análise quanto:

a) ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0020137450) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou semelhantes) apresentados, conforme:

8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde.

8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

8.10.2 - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica:

a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;

c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

b) informar a necessidade de solicitação de amostras, conforme estabelecido no item 11 do Edital, conforme:

11 - DAS AMOSTRAS

11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras para os itens 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.

11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, localizado na Rua Guanabara, 548, fundos. Bairro Guanabara, Joinville, SC. CEP: 89207-300, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8:00 (oito) horas às 17:00 (dezesete) horas.

11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).

11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.

11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.

c) segue a lista de item por empresa, constituída com o descritivo do Anexo I do Edital, para análise das propostas,

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Modelo	Prospecto, ficha técnica ou imagem de site.	Necessidade de Amostra?	Registro ANVISA	Parecer
2	17612 - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ;BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA;RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED; LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; DIFUSOR CENTRÍFUGO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA;PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	BGF COMERCIAL LTDA	KONDENTECH	KONDENTECH	Prospecto apresentado está em desacordo com o edital.	Não	Registro Anvisa nº 80022409010 Vigente, conforme consulta no site da ANVISA.	Item reprovado, pois o prospecto do produto enviado conforme solicitado no edital, deixa claro nas condições de garantia que "O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com as despesas de remessa pagas pelo proprietário do produto." Além disso, neste prospecto consta que "o serviço de garantia será prestado somente pela Kondetech ou por empresas por ela credenciadas." Nestas condições haverá prejuízo para o serviço público de saúde, devido aos custos e tempo necessário para envio e retorno do equipamento para reparo e continuidade do atendimento odontológico no município.

	SAÚDE.							
6	17711 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS APARELHO COM BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA DE 440 A 480 NM; INTERVALO DO PICO DE COMPRIMENTO DE ONDA 460NM; RAMP PARA A INTENSIDADE TOTAL DE 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DE LUZ MÍNIMA DE 1.100 MW/CM2; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL DE 2 HORAS; TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA DE ATÉ 180 MIN; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 10°C - 40°C; SEM NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO; RADIÔMETRO INCLUSO; BATERIA REMOVÍVEL. GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRICA EM PEÇAS E BATERIA. MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS OU IMPERFEIÇÕES.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Microdont	Bluestar	De acordo com o edital	Não	80676920068 vigente conforme busca no portal Anvisa	Aprovado
8	17765 - MOCHO ODONTOLÓGICO MOCHO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, FORMATO ERGONÔMICO, CONTENDO ENCOSTO E ASSENTO AJUSTÁVEIS POR ALAVANCAS DE REGULAÇÃO DE ALTURA E INCLINAÇÃO COM SISTEMA A GÁS, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC NA COR VERDE CLARO, PASSÍVEL DE ASSEPSIA; ASSENTO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 45 CM; ARO DE APOIO PARA OS PÉS, BASE COM 5 (CINCO) RODÍZIOS QUE DESLIZEM SEM TRAVAR DURANTE O USO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 110 KG.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	BEST PRO	MO 01	De acordo com o edital	Sim	Isento	Apto a apresentar Amostra Aprovação sujeita a confirmação pela empresa se o modelo apresentado é o MO01A com aro de apoio para os pés.
14	17770 - PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOX. TAMANHO DE 16 A 18 CM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Cassiflex	Cassiflex	Não Apresentou			Desclassificada
16	17796 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM ACABAMENTO E POLIMENTO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Cassiflex	Cassiflex	Não Apresentou			Desclassificada
17	17797 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM ACABAMENTO E POLIMENTO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Cassiflex	Cassiflex	Não Apresentou			Desclassificada
19	17668 - ESPÁTULAS PARA INSERÇÃO DE RESINA COM BRUNIDOR COMBINAÇÃO DE ESPÁTULA COM BRUNIDOR, UTILIZADO PARA CONDENSACÃO E ESCULTURA DE CONDENSITO. MATERIAL EM AÇO INOX, POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JULIANO DE COSTA LTDA	Golgran	Espátula Calcador Bolinha 02 Titânio Millennium - Golgran Cod. de Referência: 507911 Cód Fabricante: 94-2	De acordo com o edital	Sim	10401310112. Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
23	17672 - FÓRCEPS ADULTO Nº 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6B INVENT	6B INVENT	Não Apresentou			Desclassificada
24	17673 - FÓRCEPS ADULTO Nº 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6B INVENT	6B INVENT	Não Apresentou			Desclassificada
25	17677 - FÓRCEPS ADULTO Nº 18R CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6B INVENT	FORCEPS Nº18R 6B-03-005	De acordo com o edital	Sim	81563630018 vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
26	17676 - FÓRCEPS ADULTO Nº 18L CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6B INVENT	FORCEPS Nº18L 6B-03-004	De acordo com o edital	não	81563630018 vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
27	41711 - FÓRCEPS ADULTO Nº 101 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6B INVENT	6B INVENT	Não Apresentou			Desclassificada

	DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	LTDA							
28	17674 - FÓRCEPS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6B INVENT	FORCEPS Nº16 6B-03-002	De acordo com o edital	sim	81563630018	vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
29	17675 - FÓRCEPS ADULTO Nº 17 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Golgran	Adulto 17 GOLGRAN MOD. 10-22	De acordo com o edital	sim	10401310116	vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
31	17682 - FÓRCEPS ADULTO Nº 68 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JULIANO DE COSTA LTDA	Golgran	FÓRCEPS 68 ODONTOLÓGICO ADULTO GOLGRAN Código: 83-55	De acordo com o edital	sim	10401310060	vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
32	17683 - FÓRCEPS ADULTO Nº 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6B INVENT	FORCEPS Nº69 6B-03-012	De acordo com o edital	sim	81563630018	vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
33	17701 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT	FORCEPS infantil nº 01	De acordo com o edital	sim	81725810003	vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
34	41712 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT	FORCEPS infantil nº 150	De acordo com o edital	sim	81725810003	vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
35	41713 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT	FORCEPS infantil nº 151	De acordo com o edital	sim	81725810003	vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
36	17704 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 44 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JULIANO DE COSTA LTDA	Golgran	FÓRCEPS 44 ODONTOLÓGICO INFANTIL MILLENNIUM Código: 10-45	De acordo com o edital	sim	10401310088	vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
37	17706 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Golgran	GOLGRAN Nº 69 MOD. (10-57)	De acordo com o Edital	sim	10401310060	vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
38	17601 - ALAVANCA SELDIN N.2 CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 COM CABO DE CHAPA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6B INVENT	Elevador Seldin Nº 2 6B-07-0010	De acordo com o Edital	sim	81563630016	Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
39	17599 - ALAVANCA SELDIN N. 1R DIREITA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL,	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	6B INVENT	Elevador Seldin 1R 6B-07-0010	De acordo com o Edital	sim	81563630016	Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra

	EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
40	17598 - ALAVANCA SELDIN N. 1 L ESQUERDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 E AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6B INVENT	Elevador Seldin 1L 6B-07-009	De acordo com o Edital	sim	\$1563630016 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
41	41714 - ALAVANCA SELDIN 1L ESQUERDA INFANTIL UTILIZADA PARA EXTRAÇÃO DE DENTES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	6B Invent Germany	ELEVADOR SELDIN 1L INFANTIL 6B-07-082	De acordo com o Edital	sim	\$1563630016 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra

c) quanto à documentação de habilitação, conforme transcrição do subitem 9.6 do Edital,

9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:

(...)

m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente).

n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).

n.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

Segue a análise para documentação para habilitação

Item	Material/Serviço	Alvará Sanitário	AFE	Fornecedor
3	19126 - MICRO MOTOR COM SPRAY ENCAIXE BORDEN 2 FUIROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Apresentou alvará sanitário expedido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto-SP para o CNPJ 08.665.289/0001-70, válido até 16/11/2024	8.16276-6 (P1H797W8XH40) Ativo para armazenar, distribuir, embalar, expedir fabricar, reembalar produtos para saúde.	M.M. CAPELLARO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD
5	41362 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO POTÊNCIA 2 HP, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 40 ATÉ 60L. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE ÓLEO, TANQUE COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220V. COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Apresentou alvará sanitário expedido pela Prefeitura Municipal de Cambé-PR para o CNPJ 37.650.759/0001-20, válido até 26/11/2024	8.20629-5 (H322Y104830X) ativo para comercio varejista de produtos para saúde.	BGF COMERCIAL LTDA
9	17638 - CONTRA-ÂNGULO ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Apresentou alvará sanitário expedido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto-SP para o CNPJ 08.665.289/0001-70, válido até 16/11/2024	8.16276-6 (P1H797W8XH40) Ativo para armazenar, distribuir, embalar, expedir fabricar, reembalar produtos para saúde	M.M. CAPELLARO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD
13	17788 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MARCA SCHUSTER PONTAS PARA CANETA DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA. COM REFRIGERAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Apresentou alvará sanitário expedido pela Prefeitura Municipal de Cambé-PR para o CNPJ 06.175.908/0001-12, válido até 27/06/2024	8.03805-7(UY95YL0M0717) ativo para armazenar, distribuir e expedir produtos para saúde.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA
15	17801 - SINDESMÓTOMO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Apresentou alvará sanitário expedido pela prefeitura de Loanda-PR para o CNPJ43.352.606/0001-07 com validade até 03/04/2025	8.23603-3 (Y672HX0YWH34) Ativo para armazenar, distribuir, expedir produtos para saúde.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
18	17659 - ESPÁTULA DUPLA Nº 1 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Apresentou alvará sanitário expedido pela prefeitura de Loanda-PR para o CNPJ43.352.606/0001-07 com validade até 03/04/2025	8.23603-3 (Y672HX0YWH34) Ativo para armazenar, distribuir, expedir produtos para saúde.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
20	17803 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 COM CABO OITAVADO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX. ESTERILIZÁVEL EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Apresentou alvará sanitário expedido pela prefeitura de Loanda-PR para o CNPJ43.352.606/0001-07 com validade até 03/04/2025	8.23603-3 (Y672HX0YWH34) Ativo para armazenar, distribuir, expedir produtos para saúde.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
21	17621 - BANDEJA EM AÇO INOX 22 X 12 X 1,5 CM BANDEJA EM AÇO INOX COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 0,5 MM E COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 22 X 12 X 1,5 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Apresentou alvará sanitário expedido pela prefeitura de Rio do Sul-SC para o CNPJ 00.802.002/0001-02 com validade até 01/02/2025.	8.04483-1 (KUXWW0WW6H85) Ativo para armazenar, distribuir, expedir produtos para saúde	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
42	18379 - APLICADOR PARA IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA AUTOCLAVÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	Apresentou alvará sanitário expedido pela prefeitura de Loanda-PR para o CNPJ43.352.606/0001-07 com validade até 03/04/2025	8.23603-3 (Y672HX0YWH34) Ativo para armazenar, distribuir, expedir produtos para saúde.	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

Informamos que a análise pós diligência para os itens 4 e 11 foi disponibilizada no memorando SEI 0021128442

Sem mais, a Secretaria de Saúde, através da Gerencia Técnica de Odontologia, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Sérgio Augusto Ruiz Bombonato
SES.GTO - Apoio Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 29/04/2024, às 13:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021128996** e o código CRC **084B4FFA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.001358-0

0021128996v25