

**MEMORANDO SEI Nº 27367774/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 03 de novembro de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº **241/2025**

**Objeto:** Fornecimento continuado de Sensor de Monitoramento Contínuo de Glicemia.

Em atenção ao documento SEI nº 27366077 segue análise solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca /Fabricante	Modelo/Versão	Descrição de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - a) Prospecto, ficha técnica, imagem de site	Parecer
1	1	24679 - APARELHO NÃO PADRONIZADO PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM - Sensor Kit	UN	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ABBOTT	UND	De acordo	8014650 1903, registro ativo, confirmação no portal ANVISA, dia 03/11/2025.  De acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
1	2	46724 - LEITOR DE GLICEMIA - COMPATÍVEL COM O SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA; - POSSUIR TELA QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DOS VALORES DOS TESTES E INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; - POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL; - ACOMPANHA CABO PARA RECARGA E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; - APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NA ANVISA.	Unidade	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	#	#	De acordo	8014650 2021, registro ativo, confirmação no portal ANVISA, dia 03/11/2025.  De acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
		46723 - SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA - SENSOR DESCARTÁVEL DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICEMIA INTERSTICIAL; - TEMPO DE PERMANÊNCIA NO PACIENTE: NO MÍNIMO 14 DIAS; - INTERVALO ENTRE AS LEITURAS: NO MÁXIMO 15		WISDOM				8014650 1903, registro ativo,		

2	3	MINUTOS; - RESISTENTE À ÁGUA; - SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO; - DEVERÁ PERMITIR A VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA NO LEITOR OU NO SMARTPHONE; - FAIXA ETÁRIA: DEVE ATENDER, NO MÍNIMO, PACIENTES COM IDADE A PARTIR DE 10 ANOS; - DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO SOFTWARE OU APPLICATIVO PARA VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS EM SMARTPHONE; - ACOMPANHA APLICADOR E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; - APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NA ANVISA.	Unida de	FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ABBOTT	UND	De acordo	confirma do no portal ANVISA, dia 03/11/2025. De acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
2	4	46724 - LEITOR DE GLICEMIA - COMPATÍVEL COM O SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA; - POSSUIR TELA QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DOS VALORES DOS TESTES E INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; - POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL; - ACOMPANHA CABO PARA RECARGA E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; - APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NA ANVISA.	Unida de	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	#	#	De acordo	8014650 2021, registro ativo, confirma do no portal ANVISA, dia 03/11/2025. De acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 03/11/2025, às 12:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27367774** e o código CRC **945FB575**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.080989-1

27367774v12