

MEMORANDO SEI Nº 30418606/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 04 de agosto de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº **132/2026**

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação SEI nº 29949683, segue a análise das amostras recebidas:

Item	Empresa	Item	Parecer
21	Genial Produtos para Limpeza Ltda	24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA	Amostra aprovada conforme SEI nº 30418565.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 04/08/2026, às 11:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30418606** e o código CRC **F4AB4E2D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

30418606v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026
ITEM: 21

24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SÓDICA E 1,2% DE PRATA IÔNICA E/OU FIBRAS DE ALCÓOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORÇÃO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTÁVEL AO LEITO DA LESÃO E RECORTÁVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE, INSCRIÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

MARCA: HYDROCARE AG CASEX

LOTE: 003HP26P

REGISTRO (ANVISA): 10222320028

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE:

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Adequada - favorece abertura asséptica

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Adequado ao descritivo

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Gratificante em contato com as secreções
faz transferência de exsudato - Vert. cel.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 03/08/26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Mayra Helene Kock
coren-sc 122126