

MEMORANDO SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 09 de maio de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 186/2025.**Objeto:** Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao disposto no Memorando SEI Nº 25402462/2025 - SAP.LCT, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI nº 0024988201. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados:

a) Descritivo da Proposta e necessidade de amostras:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Modelo	Avaliação Técnica
6	912209 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E MPIC Sistema de drenagem externa adulto para redução e controle temporário da pressão intracraniana (pic), em embalagem esteril em duplo blister, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número de lote e registro no ms, composto por: cateter ventricular cerebral de 35cm em silicone grau médico, com marcação numérica a cada 3cm, com guia de aço inox, haste perfurante, presilha para fixação em silicone e adaptador luer; equipo composto por tubo de pvc com 200cm, com os acessórios: conector luer macho para adaptador luer do cateter ventricular, adaptador luer fêmea-fêmea para preenchimento do sistema, corta fluxo, primeira torneira de três vias, válvula em y para coleta de amostra ou injeção, válvula anti-refluxo, segunda torneira de três vias para conexão com sistema monitorização pic, régua graduada com escala de pressão em mmhg e cmh2o, bureta adulta móvel graduada de 70ml para regulagem da pic, com respiro protegido por filtro antimicrobiano hidrofóbico; bolsa de drenagem (coletora) em pvc atóxico, com 700ml graduada a cada 50ml, com corta fluxo e porta coletora, com respiro protegido por filtro antimicrobiano hidrofóbico. cod sus = 0702010090	BR MEDICAL LTDA	HP Bioprotex Ltda. / DVEAF35	PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa <u>ESTÁ ISENTA</u> de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854.

b) Documentos técnicos de habilitação:

Empresa	Análise
BR MEDICAL LTDA	DOCUMENTAÇÃO APROVADA Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). - ATENDIDO , conforme página 46 do Anexo SEI nº 25278263, e consulta ao Portal da ANVISA através do Link https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25024000715200619/?cnpj=06196809000117 . n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente) - ATENDIDO , conforme página 45 do Anexo SEI nº 25278263.

Sem mais para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25403083** e o código CRC **BFC452B6**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.046800-8

25403083v6