

MEMORANDO SEI Nº 0025070061/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 04 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção aos documentos SEI nº 0025068705 e 0025038490, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41.	8.10 c) Prospeeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
26	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Brava - Amedica	De acordo	82263440010 - registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada.
68	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M², TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO,	UNID	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DEJAMARO	De acordo	81605660007, registro cancelado em 16/11/2020, confirmado no Portal ANVISA	---	Apresentou. Prospecto descreve: "Gramaturas: 20, 30, 40 - Representados por: LEVE, MÉDIO,	---	O registro apresentado encontra-se cancelado no portal da Anvisa. Proposta reprovado

EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							PESADO"; edital exige "GRAMATURA 30 GR/M²".		por não atender o item 8.10 do edital.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 04/04/2025, às 15:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025070061** e o código CRC **B31B9D8E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0025070061v20