



MEMORANDO SEI N° 25377578/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 07 de maio de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao documento SEI n° 25368920, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha técnica/Print de tela	Amostras?	Parecer
15	909309 - CATETER DUPLO J ADULTO 6 FR CATETER DUPLO J 6FR COMPRIMENTO 28 CM, BIOCMPATÍVEL, RADIOPACO E FABRICADO EM POLIURETANO A PROVA DE DOBRAS. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. MARCAÇÃO NO CORPO DO CATETER, VÁRIOS ORIFÍCIOS E EXTREMIDADES ABERTAS. FIO GUIA HIDROFÍLICO COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 130 CM. EMBALAGEM ESTÉRIL,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Pç.	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	ATS/ REF: DJF6026 / FGH35150	Indicou descrição resumida, porém, com a informação de que o cateter ofertado possui medida 6 FR X 26 cm	80222919023- registro vigente, referente a cateter duplo J de vários modelos, confirmado no Portal ANVISA. 80222919028- registro	-----	EXIGE	O edital exige cateter com comprimento de 28 cm e na proposta a empresa indicou medida de 26 cm. Para finalização

					vigente, referente a fio guia hidrofílico de vários modelos, confirmado no portal da Anvisa.		da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- O código de referência do modelo ofertado. 2- O comprimento do cateter duplo J ofertado. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 07/05/2025, às 12:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25377578** e o código CRC **3BB2C54D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br