



Prefeitura de Joinville

ERRATA SEI N° 6226281/2020 - SES.UCC.ASU

Joinville, 10 de maio de 2020.

O Hospital Municipal São José leva ao conhecimento dos interessados que no edital de **Pregão Eletrônico SRP n°. 209/2020**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de camas hospitalares elétricas para o Hospital Municipal São José de Joinville/SC**, promoveu as seguintes alterações, prorrogando a data de abertura, conforme segue:

DO EDITAL

1 - DA LICITAÇÃO

1.5 - Data e horário limites para entrega de propostas e início da sessão pública: 22/05/2020 até às 09:00 horas.

ONDE SE LÊ:

10 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(...)

10.7 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:

h.5) O Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito somente até 30 de abril do ano subsequente;

21 - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

(...)

21.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada em até 30 (trinta) dias, após cada solicitação.

21.2.1 - No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única e em até 30 (trinta) dias, a partir da data da solicitação.

ANEXO I

Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário	Valor total (R\$)
------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------

				(R\$)	
1	<p>24963 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA CAMA PARA USO EM UTI, COM CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 180KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE CONSTRUÍDA EM AÇO REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTRADO EM CHAPA DE AÇO OU METAL OU ABS SUBDIVIDIDO EM 04 SECCÕES COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, LEITO EM CHAPA DE AÇO, REVESTIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO DE GRADE, TRAPÉZIO E SUPORTE DE SORO; DEVE POSSUIR 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; ÁREA PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTE DE SORO EM 02 (DOIS) PONTOS DO LEITO; CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, COM DISPOSITIVO DE ENCAIXE COM TRAVA NA PESEIRA. CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; 04 (QUATRO) RODAS, DE 125 MM DE DIÂMETRO NO MÍNIMO, COM FREIOS SITUADOS EM PELO MENOS DOIS RODÍZIOS; DEVE PERMITIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE POSIÇÕES MOTORIZADAS: SUBIR-BAIXAR, CABEÇA, JOELHOS, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO DAS POSIÇÕES ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO TIPO MEMBRANA, DISPONÍVEL NAS GRADES LATERAIS; SISTEMA DE SEGURANÇA PARA BLOQUEIO DAS ARTICULAÇÕES ELÉTRICAS; INDICADORES DE POSIÇÃO PARA FOWLER, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO MECÂNICO E INSTANTÂNEO QUE RETORNA O LEITO NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM CASOS DE ATENDIMENTO DE PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS; PROTETORES CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO; GANCHOS LATERAIS PARA COLOCAÇÃO DE BOLSAS E DISPOSITIVOS URINÁRIOS;</p>	Unidade	100	10.700,00	1.070.000,00

<p>INCLINAÇÃO DO DORSO DE 62 GRAUS, NO MÍNIMO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 220,0CM ± 15,0CM DE COMPRIMENTO, 103,0CM ± 5,0CM DE LARGURA; DEVE PERMITIR ELEVAR E ABAIXAR A CAMA ENTRE 47,0CM E 76,0CM, NO MÍNIMO; INCLINAÇÃO DO JOELHO DE 20° OU SUPERIOR; COMANDO DE TRENDELEMBURG E REVERSO TRENDELEMBURG COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 12°; DEVE VIR COM SISTEMA DE BATERIA DE RESERVA PARA TODOS OS MOVIMENTOS EM CASO DE AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 14 CM DE ESPESSURA, COM 03 (TRÊS) DENSIDADES (CABEÇA, CORPO E PÉS) MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE APARECIMENTO DE ÚLCERAS, SEM COSTURA NA PARTE SUPERIOR COM CAPA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, RESISTENTE A SECREÇÕES, AGENTES QUÍMICOS, BACTERIOSTÁTICAS E ANTIFÚNGICAS; GANCHOS PARA BOLSAS COLETORAS NAS LATERAIS; 02 (DOIS) SUPORTES DE SORO EM AÇO INOX. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO / 60HZ. , CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA.</p>				
Total Geral				1.070.000,00

ANEXO V

Minuta da Ata de Registro de Preços

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

(...)

3.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, em até 30 (trinta) dias, após cada solicitação.

3.2.1 - No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única e em até 30 (trinta) dias, a partir da data da solicitação.

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUINTA - Prazo e Local de Entrega do Objeto

(...)

5.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, em até 30 (trinta) dias, após cada solicitação.

ANEXO VIII**TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 6050544****4 - Prazo de entrega e forma de entrega:**

A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcelada em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da solicitação;

LEIA-SE:**10 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

(...)

10.7 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:

h.5) O Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito de acordo com o enquadramento jurídico da licitante;

21 - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

(...)

21.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada em até 30 (trinta) dias, após cada solicitação.

21.2.1 - No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única e em até 30 (trinta) dias, a partir da data da solicitação.

21.2.2 - Caso a Contratada não tenha condições de realizar o fornecimento dos itens solicitados no prazo estipulado, deverá encaminhar solicitação de prorrogação do prazo com a devida justificativa documentada, em até 5 (cinco) dias antes do prazo estipulado para entrega, assim como, a previsão para a nova data de entrega, onde será admitida a dilatação do prazo em até 30 (trinta) dias corridos.

ANEXO I**Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos:**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	22446 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA CAMA PARA USO EM UTI, COM CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 180KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE CONSTRUÍDA EM AÇO REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTRADO EM CHAPA DE AÇO OU METAL OU ABS SUBDIVIDIDO EM 04 SECÇÕES COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, LEITO EM CHAPA DE AÇO, REVESTIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO DE GRADE, TRAPÉZIO E SUPORTE DE	Unidade	100	10.700,00	1.070.000,00

SORO; DEVE POSSUIR 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; ÁREA PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTE DE SORO EM 02 (DOIS) PONTOS DO LEITO; CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; 04 (QUATRO) RODAS, DE 125 MM DE DIÂMETRO NO MÍNIMO, COM FREIOS SITUADOS EM PELO MENOS DOIS RODÍZIOS; DEVE PERMITIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE POSIÇÕES MOTORIZADAS: SUBIR-BAIXAR, CABEÇA, JOELHOS, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO DAS POSIÇÕES ATRAVÉS DE CONTROLE, SENDO NO MÍNIMO, UM CONTROLE TIPO MEMBRANA NA GRADE LATERAL PARA UTILIZAÇÃO PELO PACIENTE E UM CONTROLE COM COMANDOS DE TRAVA NA PESEIRA OU COM FIO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE; SISTEMA DE SEGURANÇA PARA BLOQUEIO DAS ARTICULAÇÕES ELÉTRICAS; INDICADORES DE POSIÇÃO PARA FOWLER, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO MECÂNICO E INSTANTÂNEO QUE RETORNA O LEITO NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM CASOS DE ATENDIMENTO DE PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS; PROTETORES CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO; GANCHOS LATERAIS PARA COLOCAÇÃO DE BOLSAS E DISPOSITIVOS URINÁRIOS; INCLINAÇÃO DO DORSO DE 62 GRAUS, NO MÍNIMO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 220,0CM ± 15,0CM DE COMPRIMENTO, 103,0CM ± 5,0CM DE LARGURA; DEVE PERMITIR ELEVAR E ABAIXAR A CAMA ENTRE 47,0CM E 76,0CM, NO MÍNIMO; INCLINAÇÃO DO JOELHO DE 20° OU SUPERIOR; COMANDO DE TRENDELEMBURG E REVERSO TRENDELEMBURG COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 12°; DEVE VIR COM SISTEMA DE BATERIA DE RESERVA PARA TODOS OS MOVIMENTOS EM CASO DE AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 14 CM

<p>DE ESPESSURA, COM 03 (TRÊS) DENSIDADES (CABEÇA, CORPO E PÉS) MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE APARECIMENTO DE ÚLCERAS, SEM COSTURA NA PARTE SUPERIOR COM CAPA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, RESISTENTE A SECREÇÕES, AGENTES QUÍMICOS, BACTERIOSTÁTICAS E ANTIFÚNGICAS; GANCHOS PARA BOLSAS COLETORAS NAS LATERAIS; 02 (DOIS) SUPORTES DE SORO EM AÇO INOX. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO / 60HZ. , CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA.</p>				
Total Geral				1.070.000,00

ANEXO V

Minuta da Ata de Registro de Preços

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

(...)

3.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, em até 30 (trinta) dias, após cada solicitação.

3.2.1 - No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única e em até 30 (trinta) dias, a partir da data da solicitação.

3.2.2 - Caso a Contratada não tenha condições de realizar o fornecimento dos itens solicitados no prazo estipulado, deverá encaminhar solicitação de prorrogação do prazo com a devida justificativa documentada, em até 5 (cinco) dias antes do prazo estipulado para entrega, assim como, a previsão para a nova data de entrega, onde será admitida a dilatação do prazo em até 30 (trinta) dias corridos.

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUINTA - Prazo e Local de Entrega do Objeto

(...)

5.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, em até 30 (trinta) dias, após cada solicitação.

5.2.1 - Caso a Contratada não tenha condições de realizar o fornecimento dos itens solicitados no prazo estipulado, deverá encaminhar solicitação de prorrogação do prazo com a devida justificativa documentada, em até 5 (cinco) dias antes do prazo estipulado para entrega, assim como, a previsão para a nova data de entrega, onde será admitida a dilatação do prazo em até 30 (trinta) dias corridos.

ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 6050544

4 - Prazo de entrega e forma de entrega:

A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcelada em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da solicitação;

Caso a Contratada não tenha condições de realizar o fornecimento dos itens solicitados no prazo estipulado, deverá encaminhar solicitação de prorrogação do prazo com a devida justificativa

documentada, em até 5 (cinco) dias antes do prazo estipulado para entrega, assim como, a previsão para a nova data de entrega, onde será admitida a dilatação do prazo em até 30 (trinta) dias corridos.

As demais condições permanecem inalteradas.



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 11/05/2020, às 15:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Rodrigues da Silva, Diretor (a) Presidente**, em 11/05/2020, às 15:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6226281** e o código CRC **E1A2B359**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.055367-7

6226281v5