



MEMORANDO SEI Nº 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **453/2024**.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0023598863 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Análise preliminar e manifestação da empresa	Parecer
52	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES.	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Procare (pharmapore)	De acordo	10369469015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	-----	-----	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: 1- A medida do item ofertado (a ficha técnica é referente a 3 medidas diferentes)

	APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Reservada até 25%								2. O item será entregue com tiras extras para estabilização do cateter e fixação adequada e etiqueta para identificação (na ficha técnica consta a informação " <i>Acompanha 1 fita para reforçar a fixação</i> ").	
53	911571 - DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA TRIFACETADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL CONTENDO Nº LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Principal	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	LA VITA MODELO/VERSÃO: ADA-02	Não especifica todas as exigências do edital.	80288090076- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém, não trás a informação de uma ponta luier lock.	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui uma ponta Luer Lock. <u>Manifestação da empresa:</u> Sr. Pregoeiro, nosso produto cotado é universal, serve para ambos modelos. Podemos enviar uma amostra para a verificação, caso preferir	A empresa não respondeu ao questionamento. Solicitamos que informe: O produto ofertado possui ponta Luer Lock (COM ROSCA)?
54	911571 - DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA TRIFACETADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL CONTENDO Nº LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Principal	PC	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	TKL	De acordo	80288090076- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui uma ponta Luer Lock <u>Manifestação da empresa:</u> Bom dia Sr Pregoeiro, ele possui ponta Luer Lock	Considerando a informação da empresa, a proposta está classificada.
72	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK	Unidade	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E	ADVANTIVE	Não especifica todas as	10296900190 - Registro Ativo,	Apresentou.	EXIGE	O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal		MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		exigências do edital.	Confirmado no Portal ANVISA.			total); 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal, e na ficha técnica não consta esta informação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas, 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal. Caso confirme a informação, haverá a necessidade de apresentar amostras. <u>Manifestação da empresa:</u> <i>sr pregoeiro nosso produto atende todas as exigências solicitadas, conectores universais luer-lock e 4 tampas</i>	
79	917215 - SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA ICC COM AGULHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE U-100 INSULINA, BICO UNIVERSAL, COM AGULHA 8 X 0,30 MM, 5/16, FIXA COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO SEM REBARBAS, SEM ESPACO MORTO, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA DE 2 EM 2 UNIDADES, NITIDA E PERMANENTE, EMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDACAO, DESLIZANTE, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE,	PC	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	VENPER/ ISY - 7103008 -100	De acordo	81840549016 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	-Apresentou	-----	A documentação técnicas apresentada pela empresa é referente a diversos modelos. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o modelo ofertado é o modelo ISY-7103008-100, que possui especificações de acordo com o exigido no edital.	Considerando a informação da empresa, a proposta está classificada.

	VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO. Cota Principal								Manifestação da empresa: <i>Prezado pregoeiro bom dia, informamos que o código do modelo ofertado é: ISY - 7103008 -100. Estaremos encaminhando a proposta ajustada constando o código também.</i>	
100	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.	PC	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	DESCARPACK	De acordo	10330660036 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-Apresentou	EXIGE	Na documentação constam dois modelos, Luer Lock e Luer Slip. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é o modelo Luer Lock. Haverá a necessidade de apresentar amostras. Manifestação da empresa: <i>Sr Pregoeiro, o documento consta os dois modelos pois o catalogo da marca ofertada tem os dois modelos para venda, o que ofertamos e ganhamos foi o modelo conforme solicitado em edital....torneira 3 vias bico LUER-LOCK segue marcado de amarelo o modelo ofertado na ficha: LUER-LOCK (anexo//ficha completa//parte</i>	Considerando a informação da empresa, a proposta está classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

									onde mostras as apresentações//print do que temos em estoque)	
101	32947 - EQUIPO MACROGOTAS LIVRE DE PVC COM FILTRO EM LINHA 0,2 MICRA PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO; PADRÃO MACROGOTAS (1 ML= 20 GOTAS); CÂMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MM; ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBOS 0,22 E TAMPAS REVERSÍVEIS; TUBO TRANSPARENTE, LIVRE DE PVC, EM POLIURETANO, COM NO MÍNIMO 150 CM DE COMPRIMENTO; INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO - CICATRIZANTE (MODELOS CONVENCIONAIS) OU VÁLVULA NEEDLE-FREE COMO PONTO DE INJEÇÃO; FILTRO 0,2 MM EM LINHA, RETÉM: BACTÉRIAS, FUNGOS E PARTÍCULAS; PINÇA ROLETE; LÁTEX FREE; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOBOS PARA ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS : NBR ISO 8536-8 (2004) E NBR ISO 594-2 (2003) E SUAS ATUALIZAÇÕES; EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO; EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LA VITA EMA01A	De acordo	80288099005-Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, não trás todas as exigências do edital	-----	-----	A ficha técnica não demonstra o atendimento às exigências do edital. Exige -se equipo em poliuretano, livre de PVC e com filtro 0,2 mm em linha para retenção de bactérias, fungos e partículas. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória de que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- Confeccionado em poliuretano; 2- Livre de PVC; 3- Possui filtro 0,2 mm em linha (no decorrer da linha, no tubo transparente).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/11/2024, às 14:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023599086** e o código CRC **64A260F5**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0023599086v11