

MEMORANDO SEI Nº 30623719/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 21 de agosto de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação SEI nº 30375459, segue a análise das amostras recebidas:

Item	Empresa	Item	Parecer
20	<u>MOLNLYCKE</u> <u>HEALTH CARE</u> <u>VENDA DE</u> <u>PRODUTOS</u> <u>MEDICOS LTDA</u>	Item 20 - 917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA	Amostra reprovada conforme SEI nº 30623718 - "atendimento ao descritivo - apontamentos: <i>não atende ao descritivo pois refere-se à hidrofibra, no descritivo solicitamos espuma...</i> conclusão - aprova o produto (X) não, justificativa: <i>devido não ser espuma...</i> "

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 21/08/2026, às 06:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30623719** e o código CRC **130ED9E1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

30623719v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM: 20 - 917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA

917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.

FORNECEDOR: MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

MARCA: EXUFIBER AG+

LOTE: 24076066

REGISTRO (ANVISA): 80733280022

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**Apontamentos: Adequada, promove abertura asseptica☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**Apontamentos: Não atende ao descritivo, pois refere-se à hidrofibra, no descritivo solicitamos espuma.() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**Apontamentos: Tem função de absorver absorção de exsudato, lat transference vertical, mas esperamos aqui a espuma.() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO**APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃOJUSTIFICATIVA: Devido não ser espuma.DATA: 18/08/26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Molnlycke Health Care
CURATIVO DE ALTA ABSORCAO
COM PRATA