Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 31248349/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 14 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **460/2026**.
Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31234296 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostra/comodato	Parecer
22	21992 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS INDICADOR DE LIMPEZA PARA AVALIAÇÃO DE RESÍDUO DE PROTEÍNA, APÓS LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, PARA DETERMINAR SE UM INSTRUMENTAL ESTÁ LIMPO (AMOSTRAGEM). FUNCIONA POR MEIO DE ALTERAÇÃO COLORIMÉTRICA QUE OCORRE COMO RESULTADO DA REAÇÃO COM PROTEÍNAS.	Unidade	TECHSTERI LTDA	TSI Código: TSI-P100	Apresentou informaçõe s complementares ao descritivo.	Isento	Apresentou	Para o **Item 22** - A Contratada deverá fornecer em comodato 01 incubadora compatível com o item ofertado, bem como os insumos para funcionamento e leitura e manter o equipamento calibrado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme: 1. Que será ofertado juntamente com o item, em **comodato,** 01 incubadora compatível com o item ofertado, bem como os insumos para funcionamento e leitura e manter o equipamento calibrado.
25	45887 - INDICADOR/ EMULADOR QUÍMICO-INTEGRADOR CLASSE 6 DESENVOLVIDO PARA A	Unidade	BIO LOGICA DISTRIBUI DORA LTDA	DTEC H	De acordo	Isento	Apresentou	----------	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	MONITORIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. INDICADO PARA USO INTERIOR NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. VALORES DECLARADOS DEVEM SER IGUAIS A 5 (CINCO) MINUTOS A 134º C E DE 15 A 20 MINUTOS A 121º C. DEVERA TER SUA COR MODIFICADA, DA COR A PARA A COR B, DE FORMA UNIFORME. COM REATIVO ATOXICO, LIVRE DE CHUMBO, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTES PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1 E SUAS ATUALIZAÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTE COM NO MAXIMO 500 UNIDADES.								

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 15/10/2026, às 08:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31248349** e o código CRC **D6DAB565**.