



## MEMORANDO SEI Nº 27795813/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de dezembro de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 161/2025

**Objeto:** Locação de equipamentos de oxigenoterapia domiciliar e ventilação não invasiva, para atender a demanda dos pacientes do SIAVO - Serviço Integrado de Assistência Ventilatória e Oxigenoterapia, com fornecimento de insumos

Em atenção ao documento SEI nº 27771402 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Proposta)	Modelo indicado na proposta	Desritivo de acordo com o edital.	8.10.1 - Registro da ANVISA	Parecer
1	22574 - LOCAÇÃO DE KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO O2	SERV	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PHILIPS MEDICAL	Marca/Modelo: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA/EVERFLO	De acordo	10216710219, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 09/12/2025.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

Em complemento, avaliamos se os materiais periféricos indicados na proposta do fornecedor, estão de acordo com o previsto em edital, conforme tabela abaixo:

Item	Periféricos	Registro ANVISA	Parecer
	Cilindro de O <sub>2</sub> para backup	Não regulado	De acordo
1	Copo Umidificador 250ml	80677040012, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	De acordo
	Máscara de oxigenação oronasal adulto/infantil	Não especificado na proposta	Não consta o item na proposta
	Máscara de oxigênio em PVC tipo traqueo adulto	80435140023, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	De acordo
	Máscara de oxigênio em PVC tipo traqueo infantil	80435140023, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	De acordo
	Cateter nasal de oxigênio adulto, infantil.	80204410027, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Registro para vários modelos, não especifica qual modelo ofertado - não especifica pronga em silicone
	Extensão c/ Conector OX 6m	80204410028, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	De acordo

Válvula reguladora de pressão com fluxômetro de 0 a 15 l/m	81337310001, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA para regulador de pressão 10349590087, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA para Fluxômetro	De acordo
--	--	-----------

**Parecer:**

Aprovação condicionada a empresa ajustar a proposta para constar as seguintes exigências do edital:

1. Incluir na proposta a oferta de "Máscara de oxigenação oronasal adulto/infantil", visto que não consta na redação de "descartáveis e acessórios" tais itens;
2. Confirmar que o catéter nasal de oxigênio adulto, infantil ofertado possui **pronga em silicone**;
- 3- Confirmar que está ciente e de acordo com os **prazos exigidos para a substituição dos descartáveis** (Cateter Nasal: Troca mensal; Intermediário (extensor): Troca trimestral; Umidificador-Troca semestral; Máscara de oxigenação oronasal adulto/infantil- Troca mensal; Máscara para uso em paciente traqueostomizado- Troca mensal).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 09/12/2025, às 11:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27795813** e o código CRC **9E258B3B**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

25.0.032928-8

27795813v3