



MEMORANDO SEI N° 28198295/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de janeiro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão**.

Em atenção ao documento SEI nº 28197830 segue análise técnica solicitada:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registada	Modelo (Proposta)	Desritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospepto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
2	Nº 8	46076 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU	Unida de	ALT ER D MA IAL ME DIC O HOS PIT ALA R LTD A	MED IX	Medix 896	De acordo	804955100 33, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 26/01/2026.	Apresentou.	O edital exige.	<p>Análise anterior: A empresa apresentou prospecto que descreve "não possui entrada de ar (respiro); não possui filtro de solução; não possui injetor lateral".</p> <p>O edital exige "com filtro de partículas de</p>

<p>QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL ISENTO DE LÁTEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATETER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM</p>				<p><i>15 micras em seu interior; com entrada de ar com filtro hidrófobo; injetor lateral isento de látex, que não apresente vazamento após o uso.</i>"</p>	<p>Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto, ficha técnica e/ou imagem de site confirmando que o modelo do item ofertado atende na íntegra as exigências do edital.</p> <p>Diligência realizada: <i>documentos diligenciados: Diligência - ALTERMED (28197821).</i></p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> <p>As amostras devem ser apresentadas conforme exigência do edital.</p>
--	--	--	--	--	--

INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Principal							
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) P**úblico(a), em 26/01/2026, às 11:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28198295** e o código CRC **7C89E22F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

28198295v6