

MEMORANDO SEI N° 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Informações acerca das amostras convocadas em 10/01/2024

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atendimento a Convocação SAP.LCT (SEI n° 0019738563), seguem as informações desta Secretaria da Saúde:

Empresa	Itens convocados	Prazo de entrega	Amostra recebida?	Análise finalizada?
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1 e 145	17/01/2024	Amostra recebida, conforme Anexo comp. envio de amostra 01, 145_ ECOMED (SEI n° 0019767020)	Amostra do item 145, encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise. Amostra do item 01, encaminhada para análise na Policlínica Boa Vista, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise.
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	10	17/01/2024	Amostra recebida, conforme Anexo comp. envio de amostra 10	Amostra reprovada conforme Análise

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10	17/01/2024	envio de amostra 10- POLARFIX (SEI nº 0019774692)	SES.UAD.ACM (SEI nº 0019775382)
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	13	17/01/2024	Amostra recebida conforme comprovante envio de amostra item 13- MEDIMAC (SEI nº 0019804313)	Amostra encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise.
ROTA HOSPITALAR LTDA SUL	14 e 16	17/01/2024	Amostra recebida conforme comprovante envio amostra itens 14 e 16- Rota Sul (SEI nº 0019815563)	Amostra encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise.
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15, 36, 119 e 120	17/01/2024	Amostra recebida conforme comprovante envio de amostra itens 15, 36, 119 e 120- Absoluta (SEI nº 0019805206)	Amostra encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise.
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	32	17/01/2024	Amostra recebida conforme comprovante envio de amostra item 32- COTACAO (SEI nº 0019803773)	Amostra encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise.
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	33, 34 e 35	17/01/2024	Amostra recebida, conforme Anexo compr. envio de amostra Itens 33, 34 e 35_AABA (SEI nº 0019767637)	Amostra encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise.
POLYSUTURE INDUSTRIA COMERCIO LTDA E	58 e 65	17/01/2024	Amostra recebida conforme comprovante envio de amostra itens 58 e 65- Polysuture (SEI nº 0019809992)	Amostra encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise.
VERDE DISTRIBUIDORA DE	61	17/01/2024	Amostra recebida conforme comprovante envio de amostra item 61-	Amostra encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao

MEDICAMENTOS LTDA			amostra item 01 - VERDE DIST, (SEI nº 0019804047)	será anexado ao processo após a finalização da análise.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	63 e 64	17/01/2024	Amostra entregue em 18/01/2024, fora do prazo , conforme Comprovante entrega fora do prazo- Itens 63 e 64- Altermed (SEI nº 0019833150)	Amostra não analisada, entregue fora do prazo
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	66	17/01/2024	Amostra não recebida	-----
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	122 e 123	17/01/2024	Amostra recebida, conforme Anexo compr. envio de amostra Itens 122, 123_ MEDIPHACOS (SEI nº 0019772419)	Amostra encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise.
DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	124	17/01/2024	Amostra recebida, conforme Anexo compr. envio de amostra Item 124_ DANIALEX (SEI nº 0019772137)	Amostra encaminhada para análise no HMSJ, parecer será anexado ao processo após a finalização da análise.
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	137, 138, 139 e 140	17/01/2024	Amostra não recebida	-----

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 18/01/2024, às 14:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019833238** e o código CRC **BC5A3746**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

ANÁLISE SEI Nº 0019775382/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de janeiro de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM 10-CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO MINIMO DE 60 CM X 40 CM

DESCRIÇÃO	912478 - CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO MINIMO DE 60 CM X 40 CM CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE QUE PERMITA A TRANSPIRAÇÃO DA PELE E A VISUALIZAÇÃO DA ÁREA DE INCISÃO SEM REFLETIR LUZ; RESISTENTE A TRAÇÃO, MAS QUE POSSA SER FACILMENTE CORTADO COM BISTURI; FLEXIVEL, QUE SE ADAPTE AS ÁREAS DE CONTOURNO DO CORPO, CAPAZ DE MANTER-SE ADERIDO EM CIRURGIAS DE LONGA DURAÇÃO.TAMANHO MINIMO DE 60 CM X 40 CM.
FORNECEDOR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MARCA	POLAR FIX
REGISTRO ANVISA	8003400112
LOTE	230603
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O edital exige tamanho mínimo de 60 cm X 40 cm e a amostra possui medidas de 51 cm X 55 cm.

() Adequada inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não possui as medidas mínimas exigidas no edital

() Adequada inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 12/01/2024, às 15:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019775382** e o código CRC **7D34A8C2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.246301-8

0019775382v3

MEMORANDO SEI Nº 0019922077/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atendimento a Convocação SAP.LCT (SEI nº 0019738563), seguem as informações das análises já finalizadas:

Empresa	Item	Parecer
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	33	Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 33 (SEI nº 0019835335)
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	34	Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 34 (SEI nº 0019920887)

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 26/01/2024, às 14:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019922077** e o código CRC **DBB07AC6**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.246301-8

0019922077v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 33

910560 - DRENO SUCTOR 4,8 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 4.8 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM APROXIMADAMENTE 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

MARCA: ZAMMI

LOTE: 07112310

REGISTRO (ANVISA): 10216350056

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos: Embalagem do dreno metor possui
falhas ao abrir para ser usado.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Nem diferenças entre descrição do produto
e o que é ofertado.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: limpe com ma função.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Dr. Carlos Henrique Macaneiro Junior
CRM SC 17596
RQE 14956 - RQE 10730
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

DATA: 17/01/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023
ITEM: 34

4.8 mm.

910561 - DRENO SUCTOR 6,4 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 6.4 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM APROXIMADAMENTE 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

MARCA: ZAMMI

LOTE: 05052323

REGISTRO (ANVISA): 10216350056

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Poucas informações sobre fechamento da tampa

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: cumpe as especificações

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Bom encaixe das peças, boa conexão, bem lacada

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Bom qualidade

DATA: 23/01/2024

Dra. Flávia R. Lapa
Mastologia - Ginecologia
CRM SC - 15176
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO