



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0018094708/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de agosto de 2023.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 262/2023

Objeto: Aquisição de detergente enzimático.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0018094581), segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo atende o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - FISPQ	8.10.3 - Cópia do Rótulo dos Produtos	Parecer

1	<p>41300 - DETERGENTE ENZIMÁTICO Contendo no mínimo quatro enzimas, sendo obrigatório entre elas: protease, amilase e lipase, tensoativo não-iônico, que não contenha em sua formulação substâncias carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas para o homem. ph neutro, biodegradável, não corrosivo, não espumante e não irritante dérmico e ocular, degradando os contaminantes de materiais em aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios e outros em até 5 minutos, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos, apresentando eficácia na ação, seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. deve possibilitar uso manual e em lavadoras automáticas ultrassônicas. embalagem resistente, trazendo no rótulo os dados de identificação, formulação, concentrações enzimáticas, de lote, data de validade, data de fabricação, responsável técnico e número de registro no ministério da saúde. conter recomendação para manuseio, diluição, validade do produto após diluição, tempo de imersão dos objetos no rótulo ou prospecto informativo acompanhante do frasco. Litro diluído pronto. Cota Principal.</p>	lt diluído	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ENZIMA POWER/ VIC PHARMA	De acordo	326488032, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, página 6	Apresentou, página 19	Proposta de acordo com o edital, aprovada.
---	--	------------	--	-----------------------------------	-----------	---	----------------------	-----------------------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 22/08/2023, às 11:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018094708** e o código CRC **BC80F4C4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.153297-0

0018094708v5