

## MEMORANDO SEI Nº 0018713597/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 11 de outubro de 2023.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 145/2023.**Objeto:** Aquisição de materiais de enfermagem (insumos para punção, infusão e monitoração) para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal da Saúde.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018713537), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	Amostra?	Questionamento na análise anterior e respostas da empresa	Parecer
77	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA	Unidade	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900113- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)?  2- O item ofertado possui 4 (quatro) tampas?  3- O item possui 2 vias?  <i>Bom dia! O infusor de duas vias da marca: Vitalgold 2 vias, possui duas tampas + 2 sobressalentes, duas conexões luer fêmea e 1 conexão slip</i>	O edital exige que todos os conectores sejam luer-lock e conforme o exposto pela empresa, 1 dos conectores do item ofertado possui conector slip. <b>Proposta reprovada.</b>

SAUDE. principal 75%	Cota							
-------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	9.6 l- Atestado de Capacidade Técnica	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
105	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G)	Unidade	MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Apresentou, página 88, contempla "materiais descartáveis para coleta", produtos compatíveis com o item- De acordo	Válido até 27/07/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/10/2023, às 13:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018713597** e o código CRC **CCE225E0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.077252-8

0018713597v8