



---

**MEMORANDO SEI N° 26192825/2025 - SES.UFL.LAB**

Joinville, 21 de julho de 2025.

**À****SAP.LCT** - Luciana Klitzke**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 220/2025.**Objeto:** Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de

Joinville

Prezada Senhora,

Em atenção aos MEMORANDOS SEI N° 26169967 e 26181583- SAP.LCT, temos o que segue:

**a) Quanto a diligência realizada para o item 18:**

Na análise preliminar foi questionado:

- 1) O adaptador é fixo no escalpe ou separado?
- 2) E caso de adaptador separado, ele possui mecanismo de descarte automático?
- 3) Em caso de adaptador separado, qual o Registro no Ministério da Saúde do adaptador?

No retorno, a empresa manifestou-se:

***Participante:** Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), vimos por meio deste solicitar, de forma amigável, a desclassificação do item [inserir número ou descrição do item], tendo em vista que, após análise técnica mais detalhada, constatamos que os produtos ofertados por nossa empresa não atendem plenamente ao requisito referente ao mecanismo de descarte automático, especificado no edital.*

*Dessa forma, para preservar a lisura e a conformidade do certame, solicitamos gentilmente a desclassificação do referido item, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.*

**Parecer:** Considerando a manifestação da empresa, a proposta está reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital

b) análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 220/2025, conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer	Amostras
12	24425 - SANGUE OCULTO - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA. TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO, EM CASSETE OU TIRA. TESTE PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES SEM A NECESSIDADE DE DIETA. SENSIBILIDADE ANALÍTICA (cut-off) de 50 ng/ml ou inferior. SENSIBILIDADE: maior ou igual a 93%; ESPECIFICIDADE: maior ou igual a 99%. KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE. ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE (+2°C a +30°C). RESULTADO DO TESTE EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 20 A 50 TESTES.	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Eco diagnostic o	Atende	80954880008 - Registro vigente, confirmado no Portal da Anvisa	Apresentou.	Aprovado	EXIGE. 50 (cinquenta) unidades, em embalagem original e lacrada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 22/07/2025, às 09:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26192825** e o código CRC **0756B9C8**.

---

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

25.0.070446-1

26192825v5