



MEMORANDO SEI Nº 31354109/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 22 de outubro de 2026.

À
SES.UCO.ACM

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 460/2026.
Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31343121 seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostra/como dato	Análise prévia e diligência realizada	Parecer
22	21992 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS INDICADOR DE LIMPEZA PARA AVALIAÇÃO DE RESÍDUO DE PROTEÍNA, APÓS LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, PARA DETERMINAR SE UM INSTRUMENTAL ESTÁ LIMPO (AMOSTRAGEM). FUNCIONA POR MEIO	Unidade	TECHSTERI LTDA	TSI Código: TSI-P100	Apresentou informações complementares ao descritivo.	Isento	Apresentou	Para o Item 22 - A Contratada deverá fornecer em comodato <u>01 incubadora</u> compatível com o item ofertado, <u>bem como os insumos para funcionamento e leitura</u> e manter o equipamento calibrado.	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme: 1. Que será ofertado juntamente com o item, em comodato , <u>01 incubadora</u> compatível com o item ofertado, <u>bem como os insumos para funcionamento e leitura</u> e manter o	Proposta Classificada.

	DE ALTERAÇÃO COLORIMÉTRICA QUE OCORRE COMO RESULTADO DA REAÇÃO COM PROTEÍNAS.							Porém o item ofertado utiliza tecnologia que dispensa a incubadora,	equipamento calibrado. Resposta da diligência: a empresa Techsteri Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31343065 e se manifestou no chat conforme segue: <i>Boa Tarde Prezados(as). Informamos que nosso produto não tem necessidade do equipamento mencionado, estaremos anexando a ficha técnica do material para análise. Complementando, visto que a resposta/resultado se da através da alteração colorimétrica, conforme solicitado no descritivo do item, ou seja, sem necessidade de equipamento para interpretação de resultado.</i>	
--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostra/como dato	Análise prévia e diligência realizada	Parecer final
29	47615 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 80 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATURA	Rol	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Ciex	De acordo	Isento	Apresentou o prospecto, porém não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Composição poliéster e polipropileno;	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Composição poliéster e polipropileno;	Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

	DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO					<p>2. Gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m, Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m²;</p> <p>3. Com indicadores químicos para vapor úmido.</p>	<p>2. Gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m, Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m²;</p> <p>3. Com indicadores químicos para vapor úmido.</p> <p>Resposta da Diligência: a empresa JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31222029. Após a diligência realizada, a empresa apresentou o documento SEI nº 31222029 sem as informações solicitadas.</p> <p>Nova diligência: Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item atende as seguintes exigências do edital ou a proposta será desclassificada:</p> <p>1. Composição poliéster e polipropileno;</p> <p>2. Gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m, Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m²;</p> <p>3. Com indicadores químicos para vapor</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

								úmido.	
								Resposta da diligência: a empresa JF Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda se manifestou no chat conforme segue: <i>Boa tarde senhor, infelizmente não temos esse documento, foi solicitado para o nosso fornecedor e que ele encaminhou eu madei aqui.</i>	
35	47621 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Rol	ASCLE BRASIL LTDA	ASCLELIZE MODELO/VE RSÃO: 30CM X 100M	De acordo	Isento	Espessura do filme laminado 52 µm ± 5; o edital exige 54g/m², ou seja, as unidades de medida são divergentes.	----- Espessura do filme laminado 52 µm ± 5; o edital exige 54g/m², ou seja, as unidades de medida são divergentes. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item atende a seguinte exigência do edital: filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². Resposta da Diligência: a empresa Ascle Brasil Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31221452 e se manifestou no chat conforme segue: <u>Item 35:</u> Sr. Pregoeiro essa pergunta ficou meio confusa, pois os 52m	Proposta Classificada.

+5 que o catalogo se refere seria em relação a espessura do filme, e os 54g/m2 que o edital exige seria sobre a gramatura do nosso papel, na qual nosso catalogo informa 60g/m2.

Nova diligência realizada:

O edital exige gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m² e filme plástico laminado de no mínimo 54g/m².

A empresa ofertou Espessura do filme laminado 52 µm ± 5; ou seja, as unidades de medida são divergentes.

Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item atende a seguinte exigência do edital: filme plástico laminado de no mínimo 54g/m² ou a empresa será desclassificada.

Resposta da diligência: a empresa Ascle Brasil Ltda se manifestou no chat conforme segue: *Boa tarde, Sr pregoeiro, verificamos e a gramatuda do nosso papel atenderia os 60 g/m, porém nosso*

