

ANÁLISE SEI N° 0019578603/2023 - SES.GTO

Joinville, 19 de dezembro de 2023.

À

SAP.LCT

Sr(a). Marcio Haverroth

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **461/2023**.

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Complementares para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville.

Prezado(a) Senhor(a),

Referente às amostras requisitadas no documento SEI 0019538727, apresentamos o resultado da nossa análise.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 461/2023

ITEM - 12 - ESPELHO BUCAL PLANO N° 05

DESCRIÇÃO	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 05
FORNECEDOR	ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA
MARCA	Produto avulso, sem impressão de marca ou fabricante
REGISTRO ANVISA	Não é possível verificar
LOTE	Não informado
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Produto apresentado embalado em saco plástico transparente contendo 1 espelho clínico plano. Não há informação de fabricante, lote, marca, numeração ou qualquer outra informação.

() Adequada (x) inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Após leves batidas sobre a mesa, em uma das unidades o espelho soltou da base. Essa falha é grave, pois caso ocorra durante o uso, representará risco para o paciente.

() Adequada (x) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Devido ao risco de acidente, não foram feitos testes práticos com o produto.

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 19/12/2023, às 11:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019578603** e o código CRC **266E1208**.

