

ANÁLISE SEI N° 0019843200/2024 - SES.GTO

Joinville, 19 de janeiro de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 461/2023

ITEM 12

DESCRIÇÃO	18356 - ESPELHO BUCAL PLANO N° 05 ESPELHO BUCAL PLANO N° 05 - ESPELHO BUCAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL A CABO UNIVERSAL, ROSCA UNIVERSAL, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134° C, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO, EMBALADO DE FORMA SEGURA.
FORNECEDOR	ODONTOSUL LTDA
MARCA	Cooperflex prime
REGISTRO ANVISA	82667650002- Vigente
LOTE	E001
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Produto apresentado em embalagem plástica individual contendo a identificação, lote, data de fabricação e marca do produto.

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Produto apresenta gravação a laser, com identificação do fabricante, lote e referência.

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Material submetido a 8 ciclos de esterilização em autoclave. Não apresentou defeitos. Não foi possível realizar teste de uso clínico.

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 29/01/2024, às 12:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019843200** e o código CRC **7299B0E1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.222184-7

0019843200v4

ANÁLISE SEI N° 0019785905/2024 - SES.GTO

Joinville, 15 de janeiro de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 461/2023

ITEM - 12 -

DESCRIÇÃO	18356 - ESPELHO BUCAL PLANO N° 05 ESPELHO BUCAL PLANO N° 05 - ESPELHO BUCAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL A CABO UNIVERSAL, ROSCA UNIVERSAL, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134° C, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO, EMBALADO DE FORMA SEGURA.
FORNECEDOR	ODONTOMED CANAA LTDA
MARCA	Pharmainox
REGISTRO ANVISA	Registro n° 80449180011 vigente conforme verificado no site da Anvisa
LOTE	008
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Amostras foram apresentadas acondicionadas em embalagem de papel, do tipo cartucho descrito com a marca Pharminox, contendo 2 unidades de espelhos clínicos planos

numero 5. Nos espelhos não consta identificação do fabricante, não sendo possível diferenciar se o produto é realmente da marca Pharmainox, ou se pertence a outro fabricante.

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Os espelhos foram submetidos a esterilização em autoclave. Os ciclos foram repetidos por 9 vezes. Os espelhos não apresentaram manchas ou descolamento da base.

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO, pois as amostras foram solicitadas em 22/11/2023 e apresentadas em Janeiro de 2024, portanto, fora do prazo previsto no edital.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 15/01/2024, às 11:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019785905** e o código CRC **6CC1FAAA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.222184-7

0019785905v5