

MEMORANDO SEI Nº 26291594/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 31 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica de amostras- Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
26	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO	GOLDENPLUS COM. DE MED.E PRODS. HOSPITALARES LTDA	SP ODONTO	Conforme Análise SEI nº 26256383, o edital exige tamanho médio e o produto ofertado não possui discriminação de tamanho. O produto possui um tamanho único. Amostra reprovada.
30	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Medix 9422	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 26282391.
34	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Live 30gr/Live	Conforme Análise SEI nº 26285188, o edital exige embalagem individual e a amostra apresentada é em embalagem com 10 unidades. Amostra reprovada.
40	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL	Medpoa Comércio de Material Hospitalar Ltda	PION G 598312	Conforme Análise SEI nº 26281162, o edital exige campo impermeável, porém, a amostra apresentada não é impermeável. Amostra reprovada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 31/07/2025, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26291594** e o código CRC **2EAFDD52**.

ANÁLISE SEI Nº 26256383/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de julho de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM 26- AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO

DESCRIÇÃO	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	GOLDENPLUS COM. DE MED.E PRODS. HOSPITALARES LTDA
MARCA	SP ODONTO
REGISTRO ANVISA	81150410003
LOTE	K148/2024
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O edital exige tamanho médio e o produto ofertado não possui discriminação de tamanho. O produto possui um tamanho único.

 Adequada inadequada Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não possui diferenciação de tamanhos

 Adequada inadequada Não se aplica



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/07/2025, às 12:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26256383** e o código CRC **611AC71B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26256383v3

ANÁLISE SEI Nº 26281162/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de julho de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM 40- CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M ² , TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
MARCA	PION G 598312
REGISTRO ANVISA	80342069001
LOTE	24396-001
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O edital exige campo impermeável, porém, a amostra apresentada não é impermeável.

 Adequada inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não atende as necessidades assistenciais desta Administração

 Adequada inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26281162** e o código CRC **1B402760**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26281162v3

ANÁLISE SEI Nº 26282391/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de julho de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM 30- AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL

DESCRIÇÃO	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
MARCA	MEDIX 9422
REGISTRO ANVISA	80495510127
LOTE	24396-001
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 30/07/2025, às 14:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26282391** e o código CRC **09C41B25**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26282391v6

ANÁLISE SEI Nº 26285188/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de julho de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM 34- AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Principal
FORNECEDOR	MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
MARCA	LIVE
REGISTRO ANVISA	80630310018
LOTE	LVLA 20240605
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE COM 10 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O edital exige embalagem individual e a amostra apresentada é em embalagem com 10 unidades

 Adequada inadequada Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

 Adequada inadequada Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 30/07/2025, às 14:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26285188** e o código CRC **33F781A4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26285188v4