

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00496/2021-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Cateter P/ Intervenção**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Intervenção Aplicação: Embolização Uterina , Comprimento: Cerca De 90 CM, Componente I: Radiopaco , Tipo De Cateter: Angiográfico , Calibre Externo: Cerca De 5 FRENCH, Tipo Material: Corpo De Malha De Aço, C/ Nailon E Poliuretano , Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 67,39

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**2 - Cateter Balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Aplicação: Angioplastia , Comprimento: 80 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo: Periférico , Características Adicionais: Entregador Com Cerca De 145 Cm , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Acessórios: Compatível C/ Fio Guia 0,014" ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.492,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**3 - Cateter Balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Duralyn Com Aço Inox , Aplicação: Angioplastia Coronariana , Comprimento: 80 MM, Diâmetro: 8 MM, Tipo: Perfil Baixo , Características Adicionais: Troca Rápida , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.325,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (80)

**4 - Cateter Balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Nylon Com Revestimento Hidrofílico , Tipo Perfil: Baixo Perfil , Dimensões: Cerca De 4 X 10 Mm , Tipo: Não Complacente , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Acessórios: Compatível C/ Guia 0,014" ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.150,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**5 - Cateter Balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Nylon Com Revestimento Hidrofílico , Aplicação: Angioplastia Coronariana , Dimensões: 5,0 X 10 Mm , Tipo: Semicomplacente , Características Adicionais: Troca Rápida , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Acessórios: Compatível C/ Guia 0,014" ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.650,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**6 - Cateter P/ Intervenção**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Intervenção Aplicação: Embolização Uterina , Comprimento: Cerca De 90 CM, Componente I: Radiopaco , Tipo De Cateter: Angiográfico , Calibre Externo: Cerca De 5 FRENCH, Tipo Material: Corpo De Malha De Aço, C/ Nailon E Poliuretano , Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 52.000,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**7 - Material Especial Cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Cardiovascular Material: Metálico , Adicionais: Conjunto Introdutor Completo , Tipo 1: Via Femoral , Aplicação\*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco , Componente 1: Extrator Tipo Alça , Tamanho: Comprimento Total Cerca De 95 Cm , Esterilidade: Estéril, Descartável ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 868,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**8 - Endoprótese Vascular**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido Em Ptfé Expandido , Componentes: Marcadores Radiopacos , Aplicação: Aneurisma Aorta Abdominal Infrarrenal , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: Cerca De 3 A 5 CM, Geometria: C/ Âncoras P/ Fixação , Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação De 18 A 20fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: Cerca De 20 A 30 MM, Tipo: Extensão Aórtica , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15.000,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**9 - Endoprótese Vascular**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido Em Ptfé Expandido , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação De 18 A 20fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 10 A 30 MM, Tipo: Abdominal Uniliaca , Características Adicionais: Baixo Perfil , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Tubular ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12.675,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**10 - Endoprótese Vascular**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido Em Poliéster , Componentes: Extensão Iliaca De 12 A 18mm , Modelo: Autoexpansível , Comprimento: 90 A 140 MM, Sistema De Liberação: Sistema De Liberação 16 A 22fr , Tipo Função: Stent C/ Enxerto , Diâmetro: Cerca De 20 A 35 MM, Tipo: Abdominal , Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Bifurcada ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 14.200,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**11 - Agente embólico**

**Descrição Detalhada:** Agente Embólico Forma Farmacêutica: Injetável , Composição 1: À Base Hidrogel De Pva , Tipo: Microesferas , Tamanho: 700 - 900 MICROM, Esterilidade: Estéril, Apirogênico ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Valor Unitário (R\$):** 1.923,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**12 - Fio Guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Revestimento: Politetrafluoretileno - Pffe , Material: Nitinol , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 150 CM, Diâmetro: 0,035" , Tipo Ponta: Ponta Curva , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 143,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**13 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Revestimento: Hidrofílico , Material: Polímero , Aplicação: Neuroradiologia Intervencionista , Comprimento 1: 150 CM, Tipo: Embolização , Tamanho: 2,4fr Proximal E 1,7fr Distal , Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.550,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**14 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Revestimento: Hidrofílico , Aplicação: Neuroradiologia Intervencionista , Comprimento 1: 150 A 170 CM, Calibre: 0,014 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.650,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**15 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Revestimento: Hidrofílico , Aplicação: Neuroradiologia Intervencionista , Comprimento 1: 150 A 170 CM, Calibre: 0,018 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.675,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**16 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Revestimento: Revestido Em Ptfé , Material: Corpo Em Aço C/ Nailon E Poliuretano , Componentes: Radiopaco , Comprimento 1: Cerca De 160 CM, Tipo: Embolização , Calibre: Cerca De 0,021 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.074,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**17 - Introdutor Percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J" , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial/Venoso ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 45,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**18 - Introdutor Percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 24 Cm , Tipo: Arterial ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 59,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**19 - Introdutor Percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 65,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**20 - Introdutor Percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J" , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial/Venoso , Acessórios: C/ Agulha De Punção ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 59,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**21 - Introdutor Percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,025" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Tipo: Arterial ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 74,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**22 - Introdutor Percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 132,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**23 - Introdutor Percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 69,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**24 - Material Especial Cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Cardiovascular Material: Policarbonato C/ Válvula Silicone , Aplicação\*: Conector P/ Hemodinâmica , Componente 1: Conector Em "Y" , Componente 2: Válvula Hemostática C/ Sistema Puxa Empurra , Esterilidade: Estéril, Descartável ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 48,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**25 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Material: Malha Aço Inoxidável , Componentes: Radiopaco , Comprimento 1: 165 CM, Tipo: Fluxo Dependente , Calibre: 1,8 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.650,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**26 - Microguia**

**Descrição Detalhada:** Microguia Componentes: Ponta Distal Em Platina , Comprimento: Cerca De 300 CM, Matéria Prima: Aço Inoxidável , Componente 1: Radiopaca , Revestido: Hidrofílico , Diâmetro: 0,014 POL, Esterilidade: Uso Único, Estéril ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 830,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**27 - Microguia**

**Descrição Detalhada:** Microguia Componentes: Ponta Reta Moldável , Aplicação: Neuroradiologia Intervencionista , Comprimento: Cerca De 200 CM, Matéria Prima: Aço Inoxidável E Nitinol , Componente 1: Radiopaca , Revestido: Hidrofílico , Diâmetro: 0,012 POL, Esterilidade: Uso Único, Estéril ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 830,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**28 - Espiral Neurovascular**

**Descrição Detalhada:** Espiral Neurovascular Material: Platina , Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral , Comprimento: 2 CM, Diâmetro: Cerca De 2 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.400,51

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**29 - Espiral Neurovascular**

**Descrição Detalhada:** Espiral Neurovascular Material: Platina , Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral , Comprimento: 10 CM, Diâmetro: Cerca De 4 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.356,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**30 - Espiral Neurovascular**

**Descrição Detalhada:** Espiral Neurovascular Material: Platina , Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral , Comprimento: 11 CM, Voltas: Tipo 360° , Sistema De Liberação: Conectada Ao Fio De Aço Inoxidável , Tipo Liberação: Destacável , Diâmetro: 6 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Valor Unitário (R\$):** 1.362,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade