



MEMORANDO SEI N° 29639245/2026 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 28 de maio de 2026.

À
Unidade de Compras, Contratos e Apoio Operacional
Área de Compras

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **222/2026**.

Objeto: Aquisição de OPME para Osteossíntese de Pequenos Fragmentos e de Fixador Externo Mini, em regime de consignação.

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao Memorando SEI n° 29620611/2026 - SAP.LCT, referente à análise do Processo Licitatório SEI n° 26.0.097117-8, a Área de OPME informa o que segue:

a) O item 02 apresenta divergência entre a proposta comercial apresentada pela empresa Hexagon Distribuição e Logística de Produtos Médicos Ltda. e o descritivo constante do Edital, conforme se verifica no Anexo I – Instruções ou Manual do Produto (29633153), bem como no portal da [Anvisa](#).

O item 02 estabelece Placa de Reconstrução 3.5 mm, de 4 a 20 furos, com inclusão de parafusos, Cód. SUS 0702030929; entretanto, no Manual do Produto, verifica-se que o material ofertado possui apenas de 6 a 16 furos. Além disso, o perfil previsto no edital é de 3.5 mm, enquanto o manual apresenta 2,0 / 3,0 mm.

Assim, desqualifica-se a empresa em relação ao referido item, em razão da divergência entre o descritivo constante do Edital e as especificações do Manual do Produto.

Sem mais, a Área de OPME permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Eduardo Schmidt**, **Coordenador(a)**, em 28/05/2026, às 07:07, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29639245** e o código CRC **A5DBFC6C**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

26.0.097117-8

29639245v5